

ID-TAPES-MDR-IFU-v2 - May 2022

- EN – Instructions for use p.1
- FR – Mode d'emploi p.1
- NL – Gebruikshandleiding p.1
- DE – Bedienungsanleitung p.2
- IT – Istruzioni per l'uso p.2
- ES – Modo de empleo p.4
- PT – Instruções de utilização p.4
- CS – Návod k použití p.4
- SR – Uputstvo za upotrebu p.5
- HU – Használati útmutató p.5

### EN – ENGLISH – Instructions for use

#### Endoscopic tissue approximation device

Do not use if package is damaged or unintentionally opened.

#### Terminology and package contents

- A. Fixing handle
- B. Needle pusher
- C. Distal tag pusher
- D. Proximal tag pusher
- E. Safety pin
- F. Brake screw
- G. Needle and tag chain (in the dispenser)
- H. Dispenser attachment

#### Technical information

Maximum diameter – 1.9 mm  
 Needle diameter – 1.75 mm  
 Needle rigid length – 17 mm  
 Total needle length (excl. handle) – 1 200 mm  
 Tag diameter – 1.1 mm  
 Tag length – 10 mm  
 Surgical surface type – EP1.5 (USP 4-0) braided polyester (non absorbable)  
 Maximum duration of use – 4 hours

#### Intended use

TAPES is a long-term, single use suturing medical device for endoscopic gastroplasty using a flexible endoscope and a triangulation platform (endomina®).

#### Intended users

- The intended users are:
  - Nurse(s) trained on the device
  - Nurses in training accompanied by clinical field specialist
  - Gastro-enterologists trained on the device
  - Gastro-enterologists in training accompanied by experienced gastro-enterologist(s)

All users must understand at least one of the languages in the IFU.

#### Target patient population

Adults (18 and 65 years)

#### Clinical indication

Obesity (restrictive surgery on the stomach)

#### Clinical benefits of TAPES used in combination with endomina®v2

Excess weight loss  
 Improved satiety

#### Performance characteristics of the device

- TAPES is used for incisionless surgery (no external scar) in the stomach via the mouth
- TAPES offers full-thickness suturing under direct visualization
- TAPES is easy to use.

#### Contraindications

Any contraindication to endoscopy; gastric ulcer; perforations; severe gastritis or any pre-existing conditions that may lead to fragile mucosa; bleeding; oesophagitis; hiatal hernia; women who are pregnant, trying to become pregnant or nursing; children; elderly; addition (drug or alcohol); bleeding disorders; varices; portal hypertension in the stomach; fibrotic sites; patients taking anti-coagulation therapy

#### Warnings

- In order to ensure the safe use of TAPES, it is essential to read this paragraph carefully.
- Before using TAPES, make sure that the package is properly sealed and includes all the components shown in the picture and that they are in perfect condition. If any component is missing or damaged, do not use TAPES.
- TAPES is a device for endoscopic gastroplasty. It can only be used through the mouth.
- TAPES can only be used by qualified medical staff (a gastroenterologist or paramedical staff under surveillance by a gastroenterologist) who has received the necessary training and certification to use it.
- Do not touch needle tip during TAPES removal and disposal : it may be contaminated with potentially infectious substances from the patient.
- Always keep at least one additional TAPES in stock before starting a procedure.
- This document describes the use of TAPES, not the clinical procedures that can be performed with it.
- TAPES is single-use and cannot be reused : reusing poses a threat of cross contamination between patients.
- Additionally, reusing device after releasing tags makes device useless.
- TAPES is single-use and cannot be resterilized : sterilization process used in hospitals has not been tested and could damage the device.
- Do not use TAPES after expiration date, it could lead to device malfunction (i.e needle detachment).
- If TAPES has been exposed to environmental conditions outside of those specified on the label, do not use TAPES.
- If TAPES is placed outside a clean zone, it cannot be used.
- TAPES can only be used on patients under general anaesthesia.
- TAPES can only be used with endomina® v2 platform. See “Triangulation platform compatibility” for more details.
- If one component of TAPES becomes detached and falls into a body cavity of the patient, retrieve it with endoscopic forceps

- if it is judged dangerous for the patient's health.
- Note 1: except the needle, components are not radio-opaque.
- Note 2 : the needle detaching from the device due to a malfunction might lead to perforation of a vital organ or non-vital organ including esophagus and/or stomach.
- If the triangulation platform does not allow large enough plications to be formed, the suture may not hold.

#### Precautions

- Patient should be placed in supine position to avoid entrapment of neighboring organs
- Never make sudden movements, especially during insertion and removal. This could hurt the patient.
- The needle must not be apparent during the introduction and removal of the triangulation platform. This could hurt the patient.
- TAPES must always be manipulated under visual surveillance when the needle is outside the triangulation platform Not respecting this precaution could lead to dangerous perforations of neighboring organs.
- Always wear appropriate protective clothing, as blood and other tissues carry an infection risk. Suitable protective clothing includes protective goggles, a mask and waterproof clothes and gloves.
- Do not use force to insert TAPES into the triangulation system. If there is resistance, remove it and investigate.
- When multiple tag chains are used, avoid sutures crossing each other.
- Do not insert TAPES into a bent channel. Always introduce TAPES into a channel that is as straight as possible.
- TAPES is a 1.9 mm device. Use it only in a suitable channel (up to 2,3 mm). To use it in a larger channel, use a catheter to avoid guiding issues.
- Always keep the handle firmly in the hand to avoid undesired movements.
- Check the needle tip integrity after removal and ensure that the tip is still attached to TAPES device. If needle tip is missing retrieve it from the patient using sharp foreign body extraction method.
- Always use CO2 insufflation.
- Always have appropriate hemostasis tools available.
- A maximum of 15 TAPES can be used per patient and per procedure.

#### Potential harm for the patient

The following harms may occur during or after the use of TAPES:

- Acute inflammatory tissue reaction
- Bleeding requiring hemostasis management during or after the procedure
- Bleeding (stomach, liver, bowel, gallbladder, pancreas, spleen, omentum)
- Cross contamination
- Delayed intervention
- Infection
- Irritation
- Perforation (esophageal and/or stomach)
- Perforation (pharynx, bowel, bladder, spleen, uterus)
- Perforation (heart, lungs, pancreas, liver, aorta)
- Pneumoperitoneum
- Re-intervention might be required
- Sepsis
- Small mucosal tear
- Strong abdominal pain
- Third party contamination
- User injury

#### Side effects

Nausea, vomiting, cramps

#### Adverse reactions

The following adverse reactions have been observed during endoscopic gastroplasties and may happen after the use of TAPES:

- Perforation
- Pneumoperitoneum due to CO2 insufflation through iatrogenic perforation
- Nausea, vomiting, cramps
- Bleeding
- Infection

#### Procedure

The procedure described here is a check-list for an operation by an experienced user.

1. Check that the TAPES package is not damaged and is perfectly sealed. If any anomaly is detected or if the packaging has been unintentionally opened, do not use TAPES; send it back to Endo Tools Therapeutics.
2. Insert endomina®v2 at the site to be treated.
3. Unpack TAPES and check visually that it is complete and in good condition. Check that the tags are in place and the handle has not been actuated. Remove TAPES from the dispenser by turning the fixing handle. Always hold the needle and the tubing and keep it pointed away from yourself and other people. Do not uncover or unwrap the needle until it is time to use TAPES.
4. Check that the needle pusher slides in the fixing handle and check the brake screw. The brake screw can be tightened at any time to lock needle pusher movement.
5. Gently introduce TAPES into endomina®v2, using lubricating gel if necessary. Do not use force. Check that the angling of endomina®v2 allows insertion.
6. Fix TAPES to endomina®v2 with the connector.
7. Actuate endomina®v2 to position the TAPES needle correctly.
8. Check visually that the TAPES needle slides correctly out of endomina®v2.
9. Grab and pull tissue with the appropriate grasping device.
10. Pierce the first tissue by pushing the handle.
11. Tighten the brake screw before releasing the tags

12. Remove the safety pin and release the distal tag using the distal tag pusher.
13. Pull back the distal tag pusher flush with the proximal tag pusher.
14. Pull the needle back into endomina®v2 by pulling the handle.
15. Move endomina®v2 back to loosen the suture if necessary.
16. Grab and pierce the second tissue.
17. Release the proximal tag using the proximal tag pusher. Check that the entire suture has been released. Make back and forth movements with the tag pusher if necessary.
18. Pull back the proximal tag pusher to its rest position.
19. Using the handle, pull back the needle into endomina®v2.
20. Straighten endomina®v2 to allow needle removal. Always keep visual control.
21. Take TAPES out of endomina®v2. Do not use force.
22. With the help of a polypectomy snare, tighten the tag chain by pulling on the suture tightening ball. Tighten until the tags exert suitable pressure on the tissues.
23. With a cutting tool, cut the free end of the suture. Make sure you do not cut the suture between tags.

#### End of procedure

1. Check that all the components are present (excluding tags and suture).
2. Dispose of TAPES in the sharp hospital waste bin. Make sure the disposal container is made for disposing of sharp objects and make sure there is enough room in the container for your object to fit. Replace containers when they are two-thirds full or according to hospital rules. If a needle is sticking out of the container, do not push it in with your hands. Call to have the container removed.

#### Emergency procedure

If TAPES gets stuck in endomina®v2 or tissue, use the following procedure:

- If TAPES is stuck in tissue:
  1. Release the proximal tag to release the needle from the tissues.
  2. If necessary, cut the tag or suture with an endoscopic guillotine or scissors to release the needle.
  3. If necessary, retrieve the tags and suture with endoscopic forceps.
- If TAPES is stuck in endomina®v2:
  1. Completely remove the distal and proximal tag handles.
  2. Check that the angle of endomina®v2 allows TAPES to slide.
  3. If TAPES is still stuck, the needle does not slide out of the operating channel and endomina®v2 allows it, remove everything together (endomina®v2 and TAPES) and investigate the reasons for the blockage.
  4. If the needle is out of the channel or endomina®v2 does not allow for combined removal, cut the needle from its tube e.g. with argon plasma.
  5. Retrieve the needle with the endoscope and foreign body forceps.
  6. Remove TAPES from the operating channel. If TAPES is damaged during the operation and a part stays in the stomach, take it out of the patient.

#### Storage

TAPES must be stored in its sterile package, in a clean and dry place, away from sun exposure and at ambient temperature. The sterile package should not be stored underneath other packages that could squash it.

#### Repairs and modifications

TAPES has no parts that can be repaired by the user. TAPES must not be disassembled, modified or repaired by the user. This could hurt patients or damage other medical devices.

#### Triangulation platform compatibility

TAPES has been validated with endomina® triangulation platform (endomina® v2)

There is no guarantee that instruments selected solely using maximum insertion portion width and working length will be compatible in combination.

#### Other endoscopic tools required for the procedure

TAPES can be used with endoscopic tools through the channels of the endoscope.

For all tools, test before use.

### FR – FRANÇAIS – Mode d'emploi

#### Outil endoscopique d'approximation de tissus

Ne pas utiliser TAPES si l'emballage est endommagé ou a été ouvert involontairement.

#### Terminologie et contenu de l'emballage

- A. Poignée de fixation
- B. Pousse aiguille
- C. Pousse tag distal
- D. Pousse tag proximal
- E. Pin de sécurité
- F. Vis de frein
- G. Aiguille et chaîne de tags (dans le dispenser)
- H. Attache au dispenser

#### Caractéristiques techniques

Diamètre maximum – 1,9 mm  
 Diamètre aiguille – 1,75 mm  
 Longueur rigide de l'aiguille – 17 mm  
 Longueur totale de l'aiguille (hors poignée) – 1200 mm  
 Diamètre des tags – 1,1mm  
 Longueur des tags – 10 mm  
 Type de suture chirurgicale – polyester tressé EP1.5 (USP 4-0) (non résorbable)  
 Durée maximale d'utilisation – 4 heures

#### Utilisation prévue

TAPES est un dispositif médical de suture, à long terme et à usage unique, destiné à la gastroplastie endoscopique utilisant un endoscope flexible et une plateforme de triangulation (endomina® v2).

#### Utilisateurs cibles

- Les utilisateurs cibles sont :
  - Infirmiers/-ères formé(e)s pour ce dispositif
  - Infirmiers/-ères en formation et accompagné(e)s par un(e) spécialiste du domaine en question
  - Gastro-entérologues formé(e)s pour ce dispositif
  - Gastro-entérologues en formation et accompagné(e)s par un(e) spécialiste expérimenté(e)

Tous les utilisateurs doivent comprendre au moins une des langues de la notice d'utilisation.

#### Population de patients cible

Adultes (entre 18 et 65 ans)

#### Indication clinique

Obésité (chirurgie restrictive de l'estomac)

#### Bénéfices cliniques de TAPES en combinaison avec endomina®v2

Perte de surpoids  
 Amélioration de la satiété

#### Caractéristiques de performance du dispositif

- TAPES est utilisé pour la chirurgie sans incision (sans cicatrice externe) dans l'estomac par la bouche
- TAPES permet la suture de pleine épaisseur sous visualisation directe
- TAPES est facile à utiliser.

#### Contre-indications

Toute contre-indication d'endoscopie ; Ulcère gastrique ; Perforation ; Gastrite sévère ou toute indication pouvant entraîner une fragilité de la muqueuse ; Saignements ; Œsophagite ; Hernie hiatale ; Femmes enceintes, souhaitant le devenir ou allaitantes ; enfants ; personnes âgées ; Addiction à une drogue ou à l'alcool ; Trouble de la coagulation ; Varices ; Hypertension portale de l'estomac ; Sites présentant de la fibrose ; Patients sous traitement anti-coagulant

#### Avertissements

Afin de garantir une utilisation sécurisée de TAPES, il est essentiel de lire attentivement ce paragraphe.

- Avant d'utiliser un TAPES, s'assurer que l'emballage scellé contienne tous les composants illustrés sur la figure et que ceux-ci sont en bon état. S'il manque un composant ou que le produit est endommagé, ne pas utiliser TAPES.
- TAPES est un dispositif destiné à la gastroplastie endoscopique. Il ne peut être inséré que par la bouche.
- TAPES est un outil pour la gastro-entérologie. Il ne peut donc être utilisé que par du personnel médical qualifié (des gastro-entérologues ou du personnel paramédical sous la supervision d'un/d'une gastro-entérologue) qui a reçu la formation nécessaire et la certification pour l'utiliser.
- Ne pas toucher la pointe de l'aiguille pendant le retrait et le débarrassage du dispositif TAPES : celle-ci peut être contaminée par des substances potentiellement infectieuses provenant du patient.
- Toujours avoir au moins un TAPES de rechange en stock avant de procéder à une intervention.
- Le manuel traite de l'utilisation de TAPES, pas des procédures cliniques qui pourraient être réalisées avec des outils utilisés avec TAPES.
- TAPES est à usage unique et ne doit donc pas être réutilisé : le réutiliser pose un risque de contamination croisée entre patients. De plus, réutiliser le dispositif après avoir largué les tags rend le dispositif inutilisable.
- TAPES est à usage unique et ne doit pas être restérilisé : les processus de stérilisation en hôpital n'ont pas été testés et pourraient endommager le dispositif.
- Ne pas utiliser le dispositif TAPES après la date de péremption, cela pourrait entraîner un dysfonctionnement du dispositif (p. ex. détachement de l'aiguille).
- TAPES ne doit être utilisé que sur des patients sous anesthésie générale.
- TAPES s'utilise uniquement avec la plateforme endomina® v2. Voir « Compatibilité des plateformes de triangulation » pour en savoir plus).
- Si TAPES vient à être placé hors de zone propre, il ne peut plus être utilisé.
- Ne pas utiliser le dispositif TAPES s'il a été exposé à des conditions environnementales autres que celles mentionnées sur l'étiquette.
- Si un des composants de TAPES vient à se détacher et à tomber dans la cavité corporelle du patient, utiliser une pince endoscopique pour retirer ce composant si cela met en péril la santé du patient.
- Remarque 1 : à l'exception de l'aiguille, les composants ne sont pas radio-opaques.
- Remarque 2 : le détachement de l'aiguille du dispositif en raison d'un dysfonctionnement peut entraîner la perforation d'un organe vital ou non vital tel que l'œsophage ou l'estomac.
- Si la plateforme de triangulation ne permet pas de former des plicatures suffisamment grandes, la suture pourrait ne pas tenir.

#### Précautions

- Le patient doit être placé en position dorsale afin d'éviter de saisir les organes voisins.
- Ne pas effectuer de gestes brusques, en particulier lors de l'introduction et du retrait. Ceci pourrait blesser le patient.
- L'aiguille ne peut en aucun cas être apparente lors de l'introduction de la plateforme de triangulation. Ceci pourrait blesser le patient.
- Toujours manipuler le dispositif TAPES sous surveillance visuelle lorsque l'aiguille se trouve en dehors de la plateforme de triangulation. Le non-respect de cette précaution peut entraîner de dangereuses perforations d'organes voisins.
- TAPES doit toujours être manipulé sous contrôle visuel lorsque l'aiguille se trouve hors de la plateforme de triangulation, c'est-à-dire dans la cavité à traiter. Ne pas respecter cette précaution pourrait mener à des perforations dangereuses dans des organes adjacents.
- Toujours porter des vêtements de protection adéquats, le sang, tissus et autres matières infectieuses représentant un risque d'infection. Une tenue de protection adéquate comprend notamment des lunettes de protection, un masque, des vêtements et des gants imperméables.
- Ne jamais forcer lors de l'introduction de TAPES dans la plateforme de triangulation. Si une résistance se présente, l'enlever et étudier la cause.
- Lorsque plusieurs chaînes de tags sont placées, veiller à ce que les fils de suture ne se croisent pas.
- Ne pas introduire TAPES dans un canal déjà plié. Toujours l'introduire dans un canal le plus droit possible.
- TAPES est un outil de taille 1,9 mm. Ne l'utiliser que dans un canal de cette taille ou légèrement plus grand (jusque 2,3 mm). Pour l'utiliser dans un canal plus large, utiliser un cathéter adapté.
- Toujours tenir solidement la poignée pour éviter un mouvement non désiré.
- Vérifier l'intégrité de la pointe de l'aiguille après son retrait et s'assurer que la pointe est toujours fixée au dispositif TAPES. Si la pointe de l'aiguille est manquante, la retirer du patient à l'aide de la méthode d'extraction de corps étrangers.
- Toujours utiliser une insufflation au CO2.
- Toujours avoir des instruments d'hémostase disponibles.
- 15 TAPES au maximum peuvent être utilisés par patient et par intervention

#### Dommages potentiels pour le patient

- Si nécessaire, la suture de la chaîne de tags peut être coupée avec un outil coupant, entre les tags. Les éléments de la chaîne de tags peuvent ensuite être enlevés avec une pince. Jeter la chaîne de tags dans une poubelle appropriée (déchets hospitaliers).
- Réaction tissulaire inflammatoire aigüe
- Hémorragie nécessitant une gestion de l'hémostase durant ou suivant l'intervention
- Saignement (estomac, foie, intestin, vésicule biliaire, pancréas, rate, épiploon)
- Contamination croisée
- Intervention différée
- Infection
- Irritation
- Perforation (de l'œsophage et/ou de l'estomac)
- Perforation (pharynx, intestin, vessie, rate, utérus)
- Perforation (cœur, poumons, pancréas, foie, aorte)
- Pneumopéritoine
- Une nouvelle intervention peut être nécessaire
- Septicémie
- Petite déchirure des muqueuses
- Douleurs abdominales fortes
- Contamination tierce
- Lésion de l'utilisateur

#### Effets secondaires

Nausée, vomissements, crampes

#### Procédure

La procédure décrite ici est destinée à être utilisée comme aide-mémoire lors d'une intervention par un utilisateur expérimenté.

1. Vérifier que l'emballage de TAPES n'est pas endommagé et que le scellage est parfait. Dans le cas où une anomalie est observée ou que l'emballage a été ouvert involontairement, ne pas utiliser TAPES et le retourner à Endo Tools Therapeutics.
2. Introduire endomina®v2 jusqu'au site à traiter.
3. Déballer endomina®v2 des sachets et vérifier visuellement son intégrité (présence de toutes les pièces). Vérifier la bonne position des tags et que la poignée n'a pas été actionnée. Retirer TAPES du dispenser en faisant tourner la poignée de fixation. Toujours tenir l'aiguille et les tubes en les maintenant en permanence éloignés de vous-même ou d'autres personnes. Ne pas enlever la protection ou l'emballage de l'aiguille avant qu'il ne soit temps d'utiliser TAPES.
4. Vérifier le coulisement du pousse aiguille sur la poignée de fixation ainsi que la vis de frein. La vis de frein peut être serrée à tout moment pour bloquer le mouvement du pousse aiguille.
5. Introduire doucement TAPES dans endomina®v2 en utilisant un gel lubrifiant si nécessaire. Ne pas forcer le passage. Vérifier que l'angulation d'endomina®v2 permette l'introduction.
6. Solidariser TAPES à endomina®v2 au moyen du connecteur.
7. Activer la plateforme de triangulation pour positionner correctement l'aiguille de TAPES.
8. Vérifier visuellement que l'aiguille de TAPES coulisse correctement hors d'endomina®v2.
9. Saisir et tirer le tissu avec le dispositif de préhension adapté.
10. Procéder au premier percement de pari en poussant la poignée.
11. Serrer la vis de frein avant de larguer les tags.
12. Retirer la pin de sécurité et larguer le tag distal en poussant sur le pousse tag distal.
13. Remettre le pousse tag distal à fleur du pousse tag proximal.
14. Retirer l'aiguille du tissu en tirant sur la poignée d'aiguille.
15. Reculer endomina®v2 pour libérer du mou sur la suture si nécessaire.
16. Saisir et percer le deuxième tissu.
17. Larguer le tag proximal en poussant sur le pousse tag proximal. Vérifier que toute la suture a bien été larguée. Au besoin effectuer un va et vient avec le pousse tag.
18. Reculer le pousse tag proximal en position de repos.
19. Retirer l'aiguille du tissu en retirant sur la poignée.
20. Remettre endomina®v2 dans une angulation compatible avec un retrait de l'aiguille de la plateforme. Toujours maintenir le contrôle visuel.
21. Retirer TAPES d'endomina®v2. Ne pas forcer le passage.
22. A l'aide d'une anse à polypectomie, procéder au serrage de la chaîne de tags en tirant sur la boule de serrage de la suture. Serrer jusqu'à ce que les tags exercent une pression suffisante sur les tissus.
23. A l'aide d'un outil coupant, couper la partie libre du fil. Veiller à ne surtout pas couper la suture entre les tags.

#### Fin de la procédure

1. Vérifier qu'aucun composant n'est manquant sur le TAPES utilisé, hormis les tags et la suture.
2. Jeter TAPES dans la poubelle des déchets hospitaliers pointus ou tranchants. S'assurer que le conteneur des déchets est adapté à l'élimination des objets pointus ou tranchants, et s'assurer qu'il y a suffisamment de place dans le conteneur pour recevoir les déchets en question. Remplacer les conteneurs dès qu'ils sont remplis aux deux tiers ou selon les règlements de l'hôpital. Si une aiguille dépasse du conteneur, ne pas la pousser de la main. Appeler pour qu'il soit procédé à l'enlèvement du conteneur.

#### Procédure d'urgence

Dans le cas où TAPES resterait bloqué dans endomina®v2 ou dans le tissu, suivre la procédure suivante :

- Si TAPES est bloqué dans le tissu
  1. Libérer le tag proximal pour libérer l'aiguille des tissus.
  2. Le cas échéant, couper le tag ou la suture au moyen d'une guillotine ou de ciseaux endoscopiques de manière à libérer l'aiguille.
  3. Si nécessaire, récupérer les tags et la suture au moyen d'une pince endoscopique.
- Si TAPES est bloqué dans endomina®v2 :
  1. Retirer complètement les pousse tag distal et pousse tag proximal.
  2. S'assurer que l'angulation d'endomina®v2 permette un coulisement aisé de TAPES.
  3. Si TAPES est toujours bloqué, que l'aiguille ne sort pas du canal opératoire et qu'endomina®v2 le permet, retirer l'ensemble (endomina®v2 et TAPES) normalement et investiguer ex-vivo les raisons du blocage.
  4. Si l'aiguille est sortie du canal ou si endomina®v2 ne permet pas un retrait de l'ensemble, couper l'aiguille de son tube à l'aide de plasma d'argon.
- 5. Récupérer ensuite l'aiguille avec l'endoscope et l'outilage nécessaire au retrait de corps étrangers.
- 6. Retirer ensuite TAPES du canal opératoire. Si TAPES est abimé en cours d'intervention et qu'une pièce vient à rester dans l'estomac, l'enlever du corps du patient.

#### Enlèvement de la chaîne de tags

Si nécessaire, la suture de la chaîne de tags peut être coupée avec un outil coupant, entre les tags. Les éléments de la chaîne de tags peuvent ensuite être enlevés avec une pince. Jeter la chaîne de tags dans une poubelle appropriée (déchets hospitaliers).

#### Stockage

TAPES doit être stocké dans son emballage stérile à température ambiante dans un endroit propre et sec, à l'abri des rayons solaires. L'emballage stérile ne doit pas être écrasé lors du stockage par d'autres objets.

#### Réparation et modifications

TAPES ne comporte aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. TAPES ne doit être ni démonté, ni modifié, ni réparé par l'utilisateur, ceci pouvant entraîner des blessures chez le patient ou endommager d'autres matériels médicaux.

#### Compatibilité des plateformes de triangulation

TAPES a été validé avec la plateforme de triangulation endomina® (endomina® v2). Il n'y a pas de garantie que les instruments sélectionnés uniquement sur base de la largeur maximale de la partie insérée et la longueur utile seront compatibles en combinaison.

#### Autres outils endoscopiques requis pour la procédure

Le dispositif TAPES peut être utilisé avec des outils endoscopiques dans les canaux de l'endoscope. Tester chaque outil avant utilisation.

#### Marquage CE

Dispositif médical marqué CE depuis 2015.

### NL – NEDERLANDS – Gebruikshandleiding



- TAPES is voor eenmalig gebruik en hoeft dus niet gesteriliseerd te worden: de sterilisatieprocedures in ziekenhuizen werden niet getest en zouden het instrument kunnen beschadigen.
- Gebruik TAPES niet na de vervaldatum, dit kan leiden tot defecten aan het apparaat (bijv. losraken van de naald).
- TAPES mag enkel gebruikt worden bij patiënten onder algemene narcose.
- TAPES mag enkel gebruikt worden met het endomina v2 platform. Zie ‘‘Triangulatieplatform (endomina\*)’’ voor meer gegevens).
- Als TAPES buiten de schone zone wordt geplaatst, mag deze niet meer gebruikt worden.
- Indien TAPES is blootgesteld aan omgevingsfactoren die niet op het etiket staan, mag u TAPES niet gebruiken.
- Als een onderdeel van de TAPES losraakt en in een lichaamsholte van de patiënt valt, haalt u het met een endoscopische tang weg indien dit veilig wordt geacht voor de gezondheid van de patiënt.
- Opmerking 1: Behalve de naald zijn de onderdelen niet radio-opaak.
- Opmerking 2: Het losraken van de naald van het hulpmiddel als gevolg van een defect kan leiden tot perforatie van een levensbedreigend orgaan of niet-levensbedreigend orgaan zoals de slokdarm en/of maag.
- Als het triangulatieplatform het niet toelaat om voldoende grote plicaturen te vormen, is het mogelijk dat de hechting niet houdt.

#### Voorzorgen

- De patiënt moet in rugligging worden gelegd om beklinging van naburige organen te voorkomen
- Geen bruuske bewegingen maken, in het bijzonder bij het inbrengen en uittrekken. Dit zou de patiënt kunnen verwonden.
- De naald mag in geen geval zichtbaar zijn bij het inbrengen van het triangulatieplatform. Dit zou de patiënt kunnen verwonden.
- TAPES moet altijd onder visueel toezicht worden gebruikt wanneer de naald zich buiten het triangulatieplatform bevindt. Het niet naleven van deze voorzorgsmaatregel kan leiden tot gevaarlijke perforaties van aangrenzende organen.
- Steeds adequate beschermkledij dragen, aanzekere bloed, weefsel en andere besmettelijke materialen een risico op infectie inhouden. Een adequate beschermuitrusting omvat onder meer een beschermbril, een masker, ondoorlatende kleding en handschoenen.
- Nooit kracht uitoefenen bij het inbrengen TAPES in het triangulatieplatform. Als u weerstand ondervind, het instrument verwijderen en de oorzaak hiervan onderzoeken.
- Wanneer meerdere tagketens geplaatst worden, moet u erop letten dat de hechtingsdraden elkaar niet kruisen.
- TAPES niet inbrengen in een reeds geplooid kanaal. Het instrument steeds inbrengen in een zo recht mogelijk kanaal.
- TAPES is een instrument van maat 1,9 mm. Het enkel gebruiken in een kanaal van deze grootte of iets groter (tot 2,3 mm). Om het te gebruiken in een breder kanaal, een aangepast katheter gebruiken.
- De handgreep altijd stevig vasthouden, om een ongewenste beweging te vermijden.
- Controleer de integriteit van de naaldpunt na verwijdering en zorg ervoor dat de punt nog steeds aan het TAPES-apparaat bevestigd is. Als de naaldpunt ontbreekt, verwijder deze dan uit de patiënt met behulp van een scherpe extractiemethode voor vreemd lichaam.
- Gebruik altijd een beademing met CO2.
- Zorg ervoor dat u altijd instrumenten voor hemostase bij de hand hebt.
- Er kunnen maximaal 15 TAPES per patiënt en per procedure worden gebruikt.

#### Potentieële schade voor de patiënt

- De volgende schade kan zich voordoen tijdens of na het gebruik van TAPES:
- Acute ontstekingsreactie van het weefsel
- Bloeding waarvoor hemostasebehandeling vereist is tijdens of na de procedure
- Bloeding (maag, lever, darm, galblaas, pancreas, milt, omentum)
- Kruisbesmetting
- Vertraagde interventie
- Infectie
- Irritatie
- Perforatie (van de slokdarm en/of de maag)
- Perforatie (keelholte, darm, blaas, milt, baarmoeder)
- Perforatie (hart, longen, pancreas, lever, aorta)
- Pneumoperitoneum
- Een nieuwe interventie kan noodzakelijk zijn
- Sepsis (bloedvergiftiging)
- Kleine mucosale scheur
- Sterke buikpijn
- Externe verontreiniging
- Letsel van de gebruiker

#### Bijwerkingen

Misselijkheid, braken, krampen

#### Procedure

De procedure die hier beschreven wordt, is bestemd om gebruikt te worden als geheugensteunje bij een interventie door een ervaren gebruiker.

- Controleer of de TAPES-verpakking niet beschadigd is en volledig verzegeld. In het geval dat eenanomalie wordt vastgesteld, de TAPES niet gebruiken en deze terugsturen naar Endo Tools Therapeutics.
- endomina\*v2 inbrengen tot op de te behandelen site.
- Haal TAPES uit de verpakking en controleer visueel of het volledig en in goed staat is. Controleer of de tags op hun plaats zitten en de handgreep niet geactiveerd is. Haal TAPES uit de dispenser door aan de handgreep te draaien. Houd de naald en de slang steeds vast en weg van uzelf en andere personen gericht. Maak de naald niet vrij en open de verpakking pas wanneer het tijd is om TAPES te gebruiken.
- Het schuiven van de naaldduwer op de bevestigingshandgreep, alsook de remschroef controleren. De remschroef kan op elk moment worden aangedraaid om de beweging van de naaldduwer te vergrendelen.
- TAPES zachtjes inbrengen in endomina\* v2 en daarbij een lubrificerende gel gebruiken indien nodig. De doorgang niet forceren. Controleren of de hoekstand van endomina\*v2 het inbrengen toelaat.
- TAPES aansluiten op endomina\*v2 door middel van een connector.
- endomina\*v2 activeren om de naalden van TAPES correct te positioneren.
- Visueel controleren of de naald van TAPES correct uit endomina\*v2 schuift.
- Pak en trek het weefsel met het daarvoor bestemde grijpinstrument.

- De eerste doorboring van de wand uitvoeren door op de handgreep te duwen.
- Draai de remschroef vast voordat u de tags losmaakt
- De veiligheidspin verwijderen en de distale tag loslaten terwijl u op de distale tagduwer drukt.
- De distale tagduwer opnieuw gelijk met de proximale tagduwer zetten.
- De naald uit het weefsel halen door aan de naaldhandgreep te trekken.
- endomina\*v2 achteruittrekken om de hechting vrije speling te geven, indien nodig.
- Pak en prik door het tweede stuk weefsel.
- De proximale tag loslaten terwijl u op de proximale tagduwer drukt. Controleren of heel de hechting los genoeg zit. Indien nodig heen en weer gaan met de tagduwer.
- De proximale tagduwer achteruittrekken naar de rustpositie.
- De naald uit het weefsel halen door aan de handgreep te trekken.
- endomina\*v2 opnieuw in een hoekstand zetten die compatibel is met een terugtrekking van de naald van het platform. Steeds de visuele controle behouden.
- TAPES uit endomina\*v2 verwijderen. De doorgang niet forceren.
- Span met behulp van een poliepectomy-lasso de tagketen aan door aan de hechtbal te trekken. Aanspannen totdat de tags voldoende druk op de weefsels uitoefenen.
- Met behulp van snijgereedschap de vrije delen van de draad afsnijden. Er vooral op letten dat u de hechting tussen de tags niet doorsnijdt.

#### Einde van de procedure

- Controleren dat geen enkel onderdeel van de gebruikte TAPES ontbreekt, buiten de tags en de hechting.
- Gooi TAPES weg in de ziekenhuisafvalbak voor scherp afval. Let erop dat de afvalbak geschikt is voor het weggooiën van scherpe voorwerpen en let erop dat er voldoende plaats is voor uw voorwerp in de bak. Vervang afvalbakken wanneer ze voor twee derden vol zitten of in overeenstemming met de voorschriften van het ziekenhuis. Als er een naald uit de bak steekt, duw ze dan niet terug met uw handen. Verzoek de verwijdering van de afvalbak.

#### Noodprocedure

In het geval dat TAPES geblokkeerd zou raken in endomina\*v2 of in het weefsel, de volgende procedure volgen:

Indien TAPES geblokkeerd zit in het weefsel

- De proximale tag vrijmaken om de naald uit het weefsel vrij te maken.
- In voorkomend geval de tag of de hechting doorsnijden met een guillotine of een endoscopische schaar om de naald vrij te maken.
- Indien nodig de aldus vrijgemaakte tags en hechting recupereren door middel van een endoscopische tang.

Indien TAPES geblokkeerd is in endomina\*v2 :

- De handgrepen van de distale tag en de proximale tag volledig verwijderen.
- Nagaan of de hoekstand van endomina\*v2 toelaat dat TAPES gemakkelijk schuift.
- Als TAPES nog steeds geblokkeerd is, de naald niet uit het operatiekanaal komt en endomina\*v2 het toelaat, het geheel (endomina\*v2 en TAPES) op normale wijze verwijderen en ex-vivo de reden van de blokkade onderzoeken.
- Als de naald uit het kanaal is geraakt of als endomina\*v2 niet toelaat dat het geheel verwijderd wordt, de naald uit haar buis snijden met behulp van argonplasma.
- Vervolgens de naald verwijderen met de endoscoop en de nodig instrumenten voor het wegnemen van vreemde lichaam.
- Vervolgens TAPES uit het operatiekanaal halen.

Als TAPES beschadigd raakt tijdens een interventie en een stuk in de maag zou achterblijven, dit verwijderen uit het lichaam van de patiënt.

#### Verwijdering van de tagketen

Indien nodig kan de hechting van de tagketen tussen de tags doorgesneden worden met een snijndinstrument. De elementen van de tagketen kunnen vervolgens verwijderd worden met een tang. De tagketen weggooiën in de juiste vuilnisbak (ziekenhuisafval).

#### Opslag

TAPES moet bewaard worden in zijn steriele verpakking, op kamertemperatuur, op een schone en droge plaats, en beschermd tegen zonlicht. De steriele verpakking mag tijdens de opslag niet geplet worden door andere voorwerpen.

#### Herstelling en aanpassingen

TAPES bevat geen enkel onderdeel dat hersteld kan worden door de gebruiker. TAPES mag niet gedemonteerd, aangepast of hersteld worden door de gebruiker, want dit kan leiden tot letsel bij de patiënt of ander medisch materiaal beschadigen.

#### Compatibiliteit van de triangulatieplatformen

TAPES werd gevalideerd met endomina\* triangulatie platformen (endomina\* v2). Het is niet zeker dat de instrumenten die enkel geselecteerd worden op basis van de maximale breedte van het ingebrachte gedeelte en de nuttige lengte, compatibel zijn in de combinatie.

#### Ander endoscopisch instrumentarium vereist voor de procedure

TAPES kan worden gebruikt met endoscopische instrumenten via de kanalen van de endoscoop. Voor alle instrumenten geldt: testen vóór gebruik.

### DE - DEUTSCH - Bedienungsanleitung

#### Endoscopisches Gewebe-Annäherungsinstrument

*Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt oder versehentlich geöffnet wurde.*

#### Terminologie und Verpackungsinhalt

- Befestigungsgriff
- Nadelpusher
- Distaler Tag-Pusher
- Proximaler Tag-Pusher
- Sicherheitspin
- Feststellschraube
- Nadel und Tag-Kette (im Spender)
- Anschluss am Spender
- Technische Merkmale**
- Maximale Durchmesser – 1,9 mm
- Nadeldurchmesser – 1,75 mm
- Starre Nadellänge – 17 mm
- Gesamtnadellänge (außer Griff) –1200 mm
- Tag-Durchmesser –1,1mm
- Tag-Länge - 10 mm
- Nahtart – Polyester geflochten EP1,5 (USP 4-0) (nicht absorbierbar)
- Maximale Nutzungsdauer - 4 Stunden

#### Bestimmungsgemäßen Verwendung

TAPES ist ein für den einmaligen Gebrauch bestimmtes langlebiges medizinisches Instrument für die endoskopische

Gastrostomie, das über ein flexibles Endoskop und eine Triangulationsplattform (endomina\*) verfügt.

#### Anwenderzielgruppen

Die vorgesehenen Verwender sind:

- Pflegepersonal, das am Instrument geschult wurde
- Pflegepersonal in der Ausbildung unter Aufsicht eines Facharztes für den klinischen Bereich
- Gastroenterologen, die am Instrument geschult wurden
- Gastroenterologen im Studium unter Aufsicht eines erfahrenen Gastroenterologen.

Alle Anwender müssen mindestens eine der Sprachen in der Gebrauchsanweisung verstehen.

#### Ziel-Patientenpopulation

Erwachsene (18 und 65 Jahre)

#### Klinische Indikation

Adipositas (Magenverkleinerung)

#### Klinischer Nutzen von TAPES in Kombination mit Endomina\*v2

- Starke Gewichtsabnahme
- Verbessertes Sättigungsgefühl
- Leistungsmerkmale des Instruments**
- TAPES wird für inzisionslose Operationen (keine äußere Narbe) im Magen über den Mund verwendet
- TAPES ermöglicht eine Vollwandnaht unter direkter Visualisierung
- TAPES ist einfach anzuwenden

#### Gegenanzeigen

Jede Gegenanzeige für eine Endoskopie; MagenGeschwür; Perforation; schwere Gastritis oder jede Indikation, die zu einer Empfindlichkeit der Schleimhaut führen könnte; Blutungen, Ösophagitis; Kolitis; Hiatushernie; Schwangere oder Stillende oder Frauen, die schwanger werden wollen; Kinder; Senioren; Drogen- oder Alkoholabhängigkeit; Gerinnungsstörungen; Krampfadern; Portale Hypertension; Fibrotisch verändertes Gewebe; Patienten, die blutgerinnungshemmende Medikamente erhalten

#### Warnhinweise

Um eine sichere Anwendung von TAPES zu gewährleisten, sollten Sie diesen Abschnitt sorgfältig lesen.

- Vergewissern Sie sich, bevor Sie TAPES verwenden, dass die versiegelte Verpackung alle in der Abbildung angezeigten Teile enthält und dass diese sich in einwandfreiem Zustand befinden. Sollte ein Teil fehlen oder das Produkt beschädigt sein, TAPES nicht verwenden.
- TAPES ist ein Instrument für die endoskopische Gastrostomie Es darf nur über den Mund verwendet werden.
- TAPES darf daher nur durch qualifiziertes medizinisches Personal benutzt werden (Gastroenterologen oder medizinisch geschultes Personal unter Aufsicht eines Gastroenterologen), das die entsprechende Ausbildung und die Nutzungszertifizierung erhalten hat.
- Die Nadelspitze während dem Entfernen und der Entsorgung von TAPES nicht berühren. Sie könnte mit potentiell infektiösen Substanzen des Patienten kontaminiert sein.
- Vor jedem geplanten Eingriff immer mindestens ein weiteres TAPES als Reserve auf Lager haben.
- Diese Anleitung behandelt den Gebrauch von TAPES, nicht die klinischen Verfahren, die mit den mit TAPES verwendeten Instrumenten realisiert werden können.
- TAPES ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt und darf nicht nochmals verwendet werden; eine Wiederverwendung birgt die Gefahr einer Kreuzkontamination zwischen den Patienten mit sich. Außerdem macht eine Wiederverwendung nach dem Lösen der Tags das Instrument nutzlos.

- Tapes ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt und darf nicht resterilisiert werden; der in Krankenhäusern verwendete Sterilisierungsvorgang wurde nicht getestet und könnte das Instrument beschädigen.
- Verwenden Sie TAPES nach dem Versalldatum nicht mehr, da es zu Fehlfunktionen des Geräts kommen kann (z. B. Ablösen der Nadel).
- TAPES darf nur an Patienten unter Vollnarkose eingesetzt werden.
- TAPES kann nur mit der Plattform Endomina v2 verwendet werden. Weitere Einzelheiten finden Sie unter „Kompatibilität der Triangulationsplattform“.
- Wenn TAPES außerhalb des Reinraumbereichs gebracht wurde, darf es nicht mehr eingesetzt werden.
- Verwenden Sie TAPES nicht, wenn es Umwelbedingungen ausgesetzt wurde, die nicht den Angaben auf dem Etikett entsprechen.

- Sollte sich ein Teil von TAPES lösen und in einem Teil des Körpers des Patienten landen, kann es mit den endoskopischen Greifzangen zurückgeholt werden, wenn es als gefährlich für die Gesundheit des Patienten eingestuft wird.
  - Hinweis 1: Außer der Nadel sind alle Teile nicht rückgenopak.
  - Hinweis 2: Sollte die Nadel aufgrund einer Fehlfunktion vom Gerät getrennt werden, kann dies zur Perforation eines (nicht) lebensnotwendigen Organs führen der Speiseröhre oder dem Magen.
- Wenn die Triangulationsplattform nicht in der Lage ist, ausreichend große Knicke zu bilden, kann die Naht nicht halten.
- Sicherheitsvorkehrungen**
- Der Patient sollte in Rückenlage gelagert werden, um eine Einklemmung benachbarter Organe zu vermeiden.
- Keine unsanften Bewegungen machen, insbesondere bei der Einführung oder beim Entfernen. Dies könnte den Patienten verletzen.
- Die Nadel darf bei der Einführung in die Triangulationsplattform auf keinen Fall heraus schauen. Dies könnte den Patienten verletzen.
- TAPES muss immer unter Sichtkontrolle verwendet werden, wenn sich die Nadel außerhalb der Triangulationsplattform befindet. Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu gefährlichen Perforationen von Nachbarorganen führen. Immer passende Schutzkleidung tragen, da Blut, Gewebe und anderen Infektionsmaterialien ein Infektionsrisiko darstellen. Zur passenden Schutzkleidung gehören insbesondere Schutzbrille, Maske, Kleidung und wasserabweisende Handschuhe.
- Die Einführung von TAPES in die Triangulationsplattform niemals forrieren. Wenn ein Widerstand auftritt, TAPES entfernen und der Ursache nachgehen.

- Wenn mehrere Tag-Ketten platziert werden, darauf achten, dass sich die Nähäden nicht kreuzen.
- TAPES nicht in einen bereits gefalteten Kanal einführen. TAPES stets in einen möglichst geraden Kanal einführen.
- TAPES ist ein Instrument der Größe 1,9 mm. und darf nur in einem Kanal dieser Größe oder leicht darüber (bis 2,3 mm) verwendet werden. Um TAPES in einem breiteren Kanal zu verwenden, einen geeigneten Katheter verwenden.
- Den Griff immer gut festhalten, um eine unerwünschte Bewegung zu verhindern.
- Prüfen Sie die Nadelspitze nach dem Entfernen auf ihren Zustand und stellen Sie sicher, dass die Spitze weiterhin mit dem TAPES-Gerät verbunden ist. Fehlt die Nadelspitze, entfernen Sie sie mit einem spitzen Werkzeug zur Fremdkörperentfernung aus dem Patienten.
- Stets eine CO2-Insufflation verwenden.
- Stets Hämostaseinstrumente bereit halten
- Maximal 15 TAPES können pro Patient pro Eingriff verwendet werden.

#### Potenzieller Schaden für den Patienten

- Die folgenden Komplikationen können während oder nach der Anwendung von TAPES auftreten:
  - Akute entzündliche Gewebereaktion
  - Blutungen, die während oder nach dem Eingriff eine Hämostase-Behandlung erfordern
  - Blutungen (Magen, Leber, Darm, Gallenblase, Bauchspeicheldrüse, Milz, Omentum)
  - Kreuzkontamination
  - Verzögerung des Eingriffs
  - Infektion
  - Reizung
  - Perforation (Speiseröhre und/oder Magen)
  - Perforation (Pharynx, Darm, Blase, Milz, Gebärmutter)
  - Perforation (Herz, Lunge, Bauchspeicheldrüse, Leber, Aorta)
  - Pneumoperitoneum
  - Ein erneuter Eingriff könnte erforderlich sein
  - Sepsis
  - Kleiner Schleimhautriss
  - Starker abdominaler Schmerz
  - Keimübertragung
  - Verletzung des Verwenders

#### Nebenwirkungen

Übelkeit, Erbrechen, Krämpfe

#### Verfahren

Das hier beschriebene Verfahren dient als Gedächtnishilfe für den Einsatz durch einen erfahrenen Nutzer.

- Überprüfen Sie, ob die TAPES-Verpackung unbeschädigt und einwandfrei versiegelt ist. Wenn Sie Anomalien feststellen oder die Verpackung versehentlich geöffnet wurde, verwenden Sie TAPES nicht und senden Sie es an Endo Tools Therapeutics zurück.
- endomina\*v2 bis zu der zu behandelnden Stelle einführen.
- Packen Sie TAPES aus und überprüfen Sie visuell, ob das Produkt vollständig und in gutem Zustand ist. Vergewissern Sie sich, dass die Etiketten an ihrem Platz sind und dass der Griff nicht betätigt wurde. Nehmen Sie TAPES durch Drehen des Befestigungsgriffs aus dem Dispenser. Halten Sie die Nadel und den Schlauch immer fest und halten Sie sie von sich und anderen Personen fern. Legen Sie die Nadel erst dann frei oder wickeln Sie sie aus, wenn Sie TAPES verwenden wollen.
- Das Gleiten des Nadelpushers am Befestigungsgriff sowie die Feststellschraube prüfen. Die Feststellschraube kann jederzeit enger angezogen werden, um den Nadelpusher zu arretieren.
- TAPES vorsichtig, ggf. mittels eines Gleitgels in endomina\*v2 einführen. Den Durchgang nicht forcieren. Sicherstellen, dass die Winkelstellung der endomina\*v2 die Einführung zulässt.
- TAPES mittels des Verbinders mit endomina\*v2 verbinden.
- endomina\*v2 aktivieren, um die TAPES-Nadel richtig zu positionieren.
- Visuell sicherstellen, dass die TAPES-Nadel richtig aus endomina\*v2 hinausgleitet.
- Wandgewebe mithilfe der entsprechenden Greifvorrichtung fassen und leicht ziehen.
- Die erste Wanddurchbohrung durch Schieben des Griffs durchführen.
- Vor Loslassen der Tags Feststellschraube anziehen.
- Sicherheitspin entfernen und distalen Tag durch Schieben des distalen Tag-Pushers loslassen.
- Distalen Tag-Pusher wieder mit dem proximalen Tag-Pusher gleichstellen.
- Nadel durch Ziehen am Nadelgriff aus dem Gewebe nehmen.
- endomina\*v2 zurückziehen, um der Naht ggf. Spiel zu geben.
- Wandgewebe fassen und die zweite Wanddurchbohrung durchführen..
- Proximalen Tag durch Schieben des proximalen Tag-Pushers loslassen. Sicherstellen, dass die gesamte Naht wirklich losgelassen wurde. Bei Bedarf eine Hin- und Herbewegung mit dem Tag-Pusher durchführen.
- Proximalen Tag-Pusher in Ruheposition zurückschieben.
- Nadel durch nochmaliges Ziehen am Griff aus dem Gewebe entfernen.
- endomina\*v2 in die richtige Winkelstellung zurückbringen, um die Plattform-Nadel herausziehen zu können. Stets die visuelle Kontrolle erhalten.
- TAPES aus endomina\*v2 zurückziehen. Den Durchgang nicht forcieren.
- Die Tag-Kette mithilfe einer Polypektomieschlinge durch Ziehen an der Nahtball anziehen. Anziehen, bis die Tags einen ausreichenden Druck auf die Wände ausüben.
- Den freien Fadenteil mithilfe eines scharfen Instruments abschneiden. Genau darauf achten, die Naht zwischen den Tags nicht zu durchtrennen.

#### Verfahrensende

- Sicherstellen, dass von dem verwendeten TAPES, außer Tags und der Naht, kein Teil fehlt.
- Entsorgen Sie TAPES in einem Abwurf für scharfe Gegenstände. Vergewissern Sie sich, dass dieser Behälter für die Entsorgung von scharfen Gegenständen geeignet ist und dass Ihr Gegenstand ganz in den Behälter passt. Tauschen Sie den Behälter aus, wenn er zu zwei Dritteln gefüllt ist, bzw. gemäß den Vorschriften Ihres Krankenhauses. Wenn eine Nadel aus dem Behälter ragt, drücken Sie sie nicht mit den Händen hinein. Sorgen sie stattdessen für die Entfernung des Behälters.

#### Notverfahren

Sollte TAPES in endomina\*v2 oder im Gewebe stecken bleiben, folgendemaßen verfahren: Wenn TAPES im Gewebe stecken geblieben ist:

- Proximalen Tag freisetzen, um die Nadel aus dem Gewebe zu befreien.
- Ggf. den Tag oder die Naht mit einer Guillotine oder einer endoskopischen Schere durchtrennen, um die Nadel zu befreien.
- Die so befreiten Tags und die Naht ggf. mit einer endoskopischen Zange zurückholen. Wenn TAPES in endomina\*v2 stecken geblieben ist:
  - Die Griffe vollständig von dem distalen und dem proximalen Tag zurückziehen.
  - Die Winkelstellung der endomina\*v2 so wählen, dass TAPES flüssig gleiten kann.
  - Wenn TAPES immer noch feststeckt, die Naht nicht aus dem Operationskanal herauskommt und wenn die endomina\*v2 es zulässt, alles zusammen normal zurückziehen (endomina\*v2 und TAPES) und ex-vivo die Gründe für die Blockierung untersuchen.
- Wenn die Nadel aus dem Kanal schaut oder wenn die endomina\*v2 nicht ganz herausgeholt werden kann, die Nadel mithilfe von Argonplasma aus ihrem Rohr heraustrennen.
- Dann die Nadel mit dem Endoskop und dem für das Erfassen von Fremdkörpern vorgesehenen Instrument herausholen.
- Dann TAPES aus dem Operationskanal entfernen.

Wird TAPES im Verlauf des Eingriffs beschädigt und verbleibt ein Stück im Magen, dieses aus dem Körper des Patienten entfernen.

#### Entfernung der Tag-Kette

Bei Bedarf kann die Tagketten-Naht mit einem Schneidewerkzeug zwischen den Tags aufgeschnitten werden. Die Teile der Tag-Kette sollten dann mit einer Greifzange entfernt werden. Die Tag-Kette anschließend sachgerecht (mit den Krankenhausabfällen) entsorgen.

#### Lagerung

TAPES muss in seiner sterilen Verpackung bei Raumtemperatur an einem sauberen und trockenen, vor Sonneneinstrahlung geschützten Ort gelagert werden. Die sterile Verpackung darf bei der Lagerung nicht durch andere Gegenstände gequetscht werden.

#### Reparatur und Änderungen

TAPES enthält kein durch den Nutzer reparierbares Teil. TAPES kann durch den Nutzer weder auseinanderggebaut, noch verändert noch repariert werden. Dies könnte Verletzungen beim Patienten hervorrufen oder anderes medizinisches Material beschädigen.

#### Kompatibilität der Triangulationsplattformen

TAPES wurde mit endomina\* Triangulationsplattformen (endomina\* v2 ) geprüft. Es gibt keine Garantie, dass Instrumente, die nur nach der maximalen Breite des Einführabschnitts und der Arbeitslänge ausgewählt wurden, in Kombination kompatibel sind.

#### Für diesen Eingriff sind weitere endoskopische Geräte erforderlich.

TAPES kann durch den Endoskopkanal mit endoskopischen Geräten verwendet werden. Testen Sie alle Geräte vor Gebrauch.

#### IT – ITALIANO – Istruzioni per l'uso

#### Strumento endoscopico di approssimazione del tessuto

Non utilizzare se l'imballaggio appare danneggiato o è stato aperto involontariamente

#### Terminologia e contenuto della confezione

- Impugnatura di fissaggio
- Spingi ago
- Spingi tag distale
- Spingi tag proximale
- Spilla di sicurezza
- Vite del freno
- Ago e catena di tag (nel dispenser)
- Attacco del dispenser

#### Specifiche tecniche

- Diametro massimo – 1,9 mm
- Diametro ago – 1,75 mm
- Lunghezza rigida dell'ago – 17 mm
- Lunghezza totale dell'ago (eccetto impugnatura) – 1.200 mm
- Diametro dei tag – 1.1 mm
- Lunhezza dei tag – 10 mm
- Tip o di sutura chirurgica – poliestere tessuto EP1.5 (USP 4-0) (non riassorbibile)
- Durata massima di utilizzo – 4 ore

#### Destinazione d'uso

TAPES è un dispositivo medico di sutura monouso e a lungo termine per interventi di gastroplastica endoscopica che si avvale di un endoscopio flessibile e di una piattaforma di triangolazione (endomina\*)

#### Utenti di riferimento

Gli utenti di riferimento sono:

- Infermieri formati all'uso del dispositivo
- Infermieri in formazione, accompagnati da uno specialista clinico sul campo
- Gastroenterologi esperti formati all'uso del dispositivo
- Gastroenterologi in formazione, accompagnati da gastroenterologi esperti

Tutti gli utenti devono comprendere almeno una delle lingue dell'IFU.

#### Popolazione di pazienti target

Adulti (di età compresa tra i 18 e i 65 anni)

#### Indicazione clinica

Obesità (intervento di tipo restrittivo allo stomaco).

#### Benefici clinici di TAPES utilizzata in combinazione con endomina\*v2

- Perdita del peso in eccesso
- Maggiore sazietà

#### Caratteristiche prestazionali del dispositivo

- TAPES trova impiego in operazioni chirurgiche senza incisione (senza cicatrici esterne) allo stomaco e viene utilizzato attraverso la bocca
- TAPES offre una sutura a tutto spessore in visualizzazione diretta
- TAPES è facile da usare.

#### Controindicazioni

Controindicazioni all'endoscopia; ulcera gastrica; perforazione; gastrite grave o qualsiasi indicazione che possa causare una fragilità della mucosa; sanguinamento; esofagite; ernia iatale; donne in gravidanza, o che desiderano esserlo, in allattamento; bambini; anziani; dipendenza da droghe o alcool; disturbi della coagulazione; varici; ipertensione portale gastrica; aree fibrotiche; Pazienti sottoposti a terapia anticoagulante

#### Avvertenze

Leggere attentamente questo paragrafo per garantire l'utilizzo sicuro di TAPES.

- Prima di utilizzare TAPES accertarsi che l'imballaggio sigillato contenga tutti i componenti illustrati nella figura e che essi siano in buono stato. Se manca un componente o il prodotto è danneggiato, non utilizzare TAPES.
- TAPES è un dispositivo per interventi di gastroplastica endoscopica. Può essere utilizzato solo attraverso la bocca.

- TAPES è uno strumento per la gastroenterologia. TAPES deve essere utilizzato da personale medico qualificato (un gastroenterologo o personale paramedico sotto la sorveglianza di un gastroenterologo) adeguatamente formato e in possesso della certificazione per utilizzarlo.
- Durante la rimozione e lo smaltimento di TAPES, la punta dell'ago non deve essere toccata: potrebbe essere contaminata con sostanze potenzialmente infettive provenienti dal paziente.
- Avere sempre a disposizione un dispositivo TAPES di ricambio prima di effettuare un intervento.
- Questo manuale descrive l'utilizzo di TAPES e non le procedure cliniche che potrebbero essere realizzate con gli strumenti utilizzati con TAPES.
- TAPES è monouso e non deve quindi essere riutilizzato, risterilizzato o ricariato: il riutilizzo può causare contaminazioni incrociate tra i pazienti; inoltre, riutilizzare TAPES dopo aver applicato i tag rende lo strumento inutilè.
- TAPES è uno strumento monouso e non necessita quindi di essere risterilizzato: procedimenti di sterilizzazione ospitalier non sono stati testati e potrebbero quindi danneggiare il dispositivo.
- TAPES non deve essere utilizzato dopo la data di scadenza, in quanto ciò può causare un malfunzionamento del dispositivo (ad es. distacco dell'ago).

- TAPES va utilizzato solo su pazienti in anestesia generale.
- TAPES deve essere utilizzato unicamente con la piattaforma endomina\* v2. Consultare la sezione ‘‘Compatibilità della piattaforma di triangolazione’’ per maggiori dettagli.
- Se TAPES è posizionato fuori dell'area sterile, non può più essere utilizzato.
- Non utilizzare TAPES se è stato esposto a condizioni ambientali che non rientrano nei parametri indicati in etichetta.
- Se un componente di TAPES dovesse staccarsi e cadere in una cavità del corpo del paziente, recuperarlo con la pinza endoscopica se ritenuto pericoloso per la salute del paziente.
- Nota 1: i componenti non sono radio-opachi, a eccezione dell'ago.
- Nota 2: il distacco dell'ago dal dispositivo a causa di un malfunzionamento può causare la perforazione di un organo vitale o di un organo non vitale, come esofago o stomaco.
- Se la piattaforma di triangolazione non permette di ottenere pliche sufficientemente grandi, la sutura potrebbe non tenere.

#### Precauzioni

- Il paziente dovrebbe essere posto in



- in buone condizioni. Verificare che i tag siano correttamente posizionati e che l'impugnatura non sia azionata. Togliere TAPES dall'erogatore ruotando l'impugnatura di fissaggio. Reggere sempre l'ago e il tubo, tenendo il dispositivo puntato lontano da sé e dagli altri. Non scoprire o scartare l'ago fino al momento dell'utilizzo di TAPES.
- Verificare lo scorrimento dello spingi ago sull'impugnatura di fissaggio e la vite del freno. La vite del freno può essere stretta in qualsiasi momento per bloccare il movimento dello spingi ago.
  - Inserire delicatamente TAPES nell'endomina®v2 usando del gel lubrificante, se necessario. Non forzare. Controllare che l'angolazione dell'endomina®v2 permetta l'introduzione.
  - Fissare TAPES all'endomina®v2 con il connettore.
  - Attivare endomina®v2 per posizionare correttamente l'ago di TAPES.
  - Controllare visivamente che l'ago di TAPES scorra correttamente al di fuori dell'endomina®v2.
  - Afferrare e tirare il tessuto con l'apposita pinza.
  - Praticare il primo foro nella parete spingendo l'impugnatura.
  - Stringere la vite del freno prima di rilasciare i tag.
  - Togliere la spilla di sicurezza e sganciare il tag distale spingendo sullo spingi tag distale.
  - Riposizionare lo spingi tag distale a livello dello spingi tag prossimale.
  - Estrarre l'ago dal tessuto esercitando una trazione sull'impugnatura dell'ago.
  - Arretrare endomina®v2 per allentare la sutura, se necessario.
  - Afferrare e perforare il secondo tessuto.
  - Rilasciare il tag prossimale premendo sullo spingi tag prossimale. Verificare di aver rilasciato tutta la sutura. Se necessario, muovere avanti e indietro lo spingi tag.
  - Riportare lo spingi tag prossimale in posizione di riposo.
  - Estrarre l'ago dal tessuto esercitando una trazione sull'impugnatura.
  - Riportare endomina®v2 in un'angolazione adatta a permettere l'estrazione dell'ago. Mantenere sempre il controllo visivo.
  - Estrarre TAPES dall'endomina®v2. Non forzare.
  - Con l'aiuto di un'ansa per polipectomia, stringere la catena di tag tirando la palla chirurgica della sutura. Stringere finché i tag non esercitano una pressione adeguata sui tessuti.
  - Con uno strumento tagliente, tagliare la parte libera del filo. Controllare di non tagliare la sutura tra i tag.

#### **Fine della procedura**

- Controllare che non manchi alcun componente sui TAPES utilizzati, tranne i tag e la sutura.
- Smaltire TAPES nel contenitore destinato ai rifiuti ospedalieri taglienti. Assicurarsi che il contenitore di smaltimento sia stato progettato per lo smaltimento di oggetti taglienti e che abbia abbastanza spazio per ospitare l'oggetto. Se i contenitori sono pieni per due terzi, o in base ai regolamenti ospedalieri locali, sostituirli. Se un ago dovesse sporgere dal contenitore, non spingerlo con le mani. Chiamare un addetto per far rimuovere il contenitore.

#### **Procedura d'emergenza**

Nel caso in cui TAPES rimanga bloccato nell'endomina®v2 o nel tessuto, seguire la procedura seguente:

Se TAPES è bloccato nel tessuto

- Liberare il tag prossimale per liberare l'ago dei tessuti.
- Se necessario, tagliare il tag o la sutura con una ghigliottina o delle forbici endoscopiche per liberare l'ago.
- Recuperare, se necessario, i tag e la sutura liberate con una pinza endoscopica.
- Se TAPES è bloccato nell' endomina®v2:
- Rimuovere completamente le impugnature del tag distale e prossimale.
- Accertarsi che l'angolazione dell'endomina®v2 permetta lo scorrimento facilitato di TAPES.
- Se TAPES è ancora bloccato e l'ago non esce dal canale operatorio e endomina®v2 lo consente, togliere l'insieme piattaforma e TAPES e cercare le cause del blocco.
- Se l'ago è uscito dal canale o endomina®v2 non consente di estrarre l'insieme, tagliare l'ago dal tubo con argon plasma.
- Recuperare quindi l'ago con l'endoscopio e la strumentazione adatta a estrarre i copri estranei.
- Togliere quindi TAPES dal canale operatorio.

Se TAPES dovesse danneggiarsi durante l'intervento e un pezzo dovesse restare nello stomaco, rimuoverlo dal corpo del paziente.

#### **Rimozione della catena di tag**

In caso di bisogno, la sutura della catena di tag può essere tagliata mediante uno strumento affilato, applicato tra i tag. Gli elementi della catena di tag possono poi essere rimossi con una pinza. Disporre della catena di tag in un cassonetto appropriato. (rifiuti ospedalieri).

#### **Conservazione**

TAPES va conservato nel suo imballaggio sterile a temperatura ambiente in un luogo pulito e asciutto, al riparo dai raggi del sole. Durante lo stoccaggio accertarsi che l'imballaggio sterile non venga schiacciato da altri oggetti.

#### **Riparazione e modifica**

TAPES non ha componenti che possono essere riparati dall'utilizzatore. TAPES non deve essere smontato, modificato, riparato dall'utilizzatore perché ciò potrebbe comportare lesioni nel paziente o danneggiare altri materiali medici.

#### **Compatibilità delle piattaforme di triangolazione**

TAPES è stato validato con endomina®v2 piattaforme di triangolazione (endomina®v2). Non esistono garanzie che gli strumenti scelti unicamente sulla base della larghezza massima della parte inserita e della lunghezza utile siano compatibili durante un utilizzo combinato.


#### **Altri strumenti endoscopici necessari per l'intervento.**

TAPES può essere utilizzato insieme ad altri strumenti endoscopici attraverso i canali dell'endoscopio.

Testare ciascuno strumento prima dell'uso.







## ES - ESPAÑOL - Modo de empleo

### Instrumento de aproximación de tejidos con endoscopio

No utilice el instrumento si el envase presenta daños o se ha abierto accidentalmente

### Terminología y contenido del envase

- A. Asa de fijación
- B. Émbolo de aguja
- C. Émbolo de sutura distal
- D. Émbolo de sutura proximal
- E. Cierre de seguridad
- F. Perno de freno
- G. Aguja y cadena de suturas de fijación (en el dispensador)
- H. Anclaje del dispensador

### Información técnica

Diámetro máximo – 1,9 mm  
 Diámetro de la aguja – 1,75 mm  
 Longitud de la aguja en estado rígido – 17 mm  
 Longitud total de la aguja (sin asa) – 1200 mm  
 Diámetro de la sutura de fijación – 1,1 mm  
 Longitud de la sutura de fijación – 10 mm  
 Tipo de hilo de sutura quirúrgica – EP1.5 (USP 4-0) de poliéster trenzado (no reabsorbible)  
 Duración máxima de uso – 4 horas

### Uso previsto

TAPES es un producto sanitario de un solo uso a largo plazo pensado para realizar una gastroplastia endoscópica en combinación con un endoscopio flexible y una plataforma de triangulación (endomina®)

### Usuarios previstos

- Los usuarios previstos son:
- Personal de enfermería con formación sobre el instrumento
- Personal de enfermería en prácticas con supervisión de un especialista clínico
- Gastroenterólogos con formación sobre el instrumento
- Gastroenterólogos en prácticas con supervisión de un gastroenterólogo experimentado

Los usuarios deben comprender al menos uno de los idiomas en los que están redactadas las instrucciones.

### Población de pacientes objetivo

Adultos (entre 18 y 65 años)

### Indicación clínica

Obesidad (cirugía gástrica restrictiva)

### Beneficios clínicos del uso de TAPES en combinación con endomina®v2

- Pérdida de peso excesiva
- Saciedad

### Prestaciones técnicas del instrumento

- TAPES se utiliza en la cirugía sin incisión (sin cicatriz externa) del estómago a través de la boca
- TAPES ofrece una sutura de espesor total con visualización directa
- TAPES es un instrumento fácil de usar.

### Contraindicaciones

Casos en los que la endoscopia está contraindicada; úlcera gástrica; perforaciones; personas con gastritis grave o enfermedades preexistentes que las hagan propensas a fragilidad en las mucosas; hemorragia; esofagitis; hernia de hiato; mujeres embarazadas, que intentan concebir o en período de lactancia; menores de edad; personas de edad avanzada; personas con adicciones (estupefacientes o alcohol); trastornos hemorrágicos; varices; hipertensión portal en el estómago; zonas fibróticas; pacientes que reciben tratamientos anticoagulantes.

### Advertencias

Con vistas a garantizar la seguridad en el uso de TAPES, es esencial leer con atención este apartado.

- Antes de utilizar TAPES, compruebe que el envase está herméticamente cerrado y contiene todos los componentes mostrados en la imagen en perfectas condiciones. Si algún componente falta o está dañado, no utilice TAPES.
- TAPES es un instrumento para realizar gastroplastias endoscópicas. Solo es apto para su uso a través de la boca.
- TAPES solo puede ser utilizado por personal médico cualificado (gastroenterólogos o personal paramédico bajo la supervisión de un gastroenterólogo) que haya recibido la formación y certificación pertinente a tal efecto.
- No toque la punta de la aguja durante la retirada y a la hora de deshacerse de TAPES, ya que puede estar contaminada con sustancias potencialmente infecciosas del paciente.

### Efectos secundarios

Náuseas, vómitos y espasmos

### Procedimiento

El procedimiento que se describe a continuación es una lista de verificación para una operación llevada a cabo por un usuario experimentado.

1. Compruebe que el envase de TAPES no tiene daños y está herméticamente cerrado. Si detecta cualquier anomalía o el envase se ha abierto accidentalmente, no utilice TAPES; devuelva el instrumento a Endo Tools Therapeutics.
2. Inserte endomina® en la zona de tratamiento.
3. Saque TAPES del envase y compruebe visualmente que el instrumento está completo y en buenas condiciones. Compruebe que las etiquetas están en su sitio y el asa no se ha utilizado. Retire TAPES del dispensador girando el asa de fijación. Sujete siempre la aguja y el tubo alejándolo de sí mismo y de otras personas. No cubra ni envuelva la aguja hasta el momento de usar TAPES.
4. Asegúrese de que el émbolo de aguja se introduce en el asa de fijación y compruebe el perno de freno. El perno de freno se puede apretar en cualquier momento para bloquear el movimiento del émbolo de aguja.
5. Introduzca TAPES en endomina® suavemente. Si lo necesita, utilice un gel lubricante. No aplique fuerza. Compruebe

No utilice TAPES si este producto ha estado expuesto a condiciones climatológicas diferentes a las especificadas en la etiqueta.

- Si un componente de TAPES se desprende, cae en una cavidad corporal y se determina que entraña riesgos para la salud del paciente, retírelo con unas pinzas endoscópicas.

- Nota 1: Excepto la aguja, los componentes no son radiopacos.
- Nota 2: Si la aguja se desprende debido a una avería del producto, podría perforar un órgano vital o no vital, como el esófago o el estómago.
- Si la plataforma de triangulación no permite formar plicaturas de un tamaño suficiente, la sutura podría soltarse.

### Precauciones

- El paciente debe ser colocado en posición supina para evitar el atrapamiento de los órganos vecinos
- No realice nunca movimientos repentinos, especialmente durante la inserción y la extracción, ya que podría causar lesiones al paciente.
- La aguja no debe estar a la vista durante la introducción y retirada de la plataforma de triangulación, ya que podría causar lesiones al paciente.
- TAPES siempre debe manipularse bajo supervisión visual cuando la aguja se encuentre fuera de la plataforma de triangulación. La falta de observación de esta precaución puede provocar una perforación peligrosa en los órganos adyacentes.
- Lleve siempre ropa de protección adecuada, ya que la sangre y otros tejidos presentan riesgo de infección. Algunos ejemplos de ropa de protección apta son gasas protectoras, mascarilla y prendas y guantes impermeables.
- No aplique fuerza para insertar TAPES en el sistema de triangulación. Si encuentra resistencia, retire el instrumento y realice una exploración.
- Cuando utilice varias cadenas de suturas de fijación, evite que se entrecrucen.
- No inserte TAPES en un tubo doblado, procure siempre que el tubo esté lo más enderezado posible.
- TAPES es un instrumento con un diámetro de 1,9 mm. Utilícelo exclusivamente con tubos aptos (diámetro de hasta 2,3 mm). Si desea utilizarlo con un tubo de mayor diámetro, utilice una sonda para evitar problemas de guía.
- Sujete siempre el asa firmemente con la mano para evitar movimientos no deseados.
- Compruebe la integridad de la punta de la aguja tras su extracción y asegúrese de que sigue unida al dispositivo TAPES. Si no encuentra la punta de la aguja, retírela del cuerpo del paciente utilizando un método de extracción de cuerpos extraños punzocortantes.
- Utilice siempre insuflación de CO<sub>2</sub>.
- Gafas siempre a mano los instrumentos adecuados para la hemostasia.
- Pueden utilizarse un máximo de 15 TAPES por paciente e intervención.

### Posibles daños sufridos por el paciente

- Tanto durante como después del uso de TAPES, el paciente puede sufrir los siguientes daños:
  - Reacción tisular inflamatoria grave
  - Hemorragia que requiere control hemostático durante o después del procedimiento
  - Hemorragia (estómago, hígado, intestino, vesícula biliar, páncreas, bazo, epiplón)
  - Contaminación cruzada
  - Intervención tardía
  - Infección
  - Irritación
  - Perforación (esofágica o estomacal)
  - Perforación (faringe, intestino, vejiga, bazo, útero)
  - Perforación (corazón, pulmones, páncreas, hígado, aorta)
  - Neumoperitoneo
  - Puede ser necesario volver a intervenir
  - Septicemia
  - Ligero desgarro mucoso
  - Dolor abdominal fuerte
  - Contaminación externa
  - Lesión provocada por el usuario

### Efectos secundarios

Náuseas, vómitos y espasmos

### Procedimiento

El procedimiento que se describe a continuación es una lista de verificación para una operación llevada a cabo por un usuario experimentado.

1. Compruebe que el envase de TAPES no tiene daños y está herméticamente cerrado. Si detecta cualquier anomalía o el envase se ha abierto accidentalmente, no utilice TAPES; devuelva el instrumento a Endo Tools Therapeutics.
2. Inserte endomina® en la zona de tratamiento.
3. Saque TAPES del envase y compruebe visualmente que el instrumento está completo y en buenas condiciones. Compruebe que las etiquetas están en su sitio y el asa no se ha utilizado. Retire TAPES del dispensador girando el asa de fijación. Sujete siempre la aguja y el tubo alejándolo de sí mismo y de otras personas. No cubra ni envuelva la aguja hasta el momento de usar TAPES.
4. Asegúrese de que el émbolo de aguja se introduce en el asa de fijación y compruebe el perno de freno. El perno de freno se puede apretar en cualquier momento para bloquear el movimiento del émbolo de aguja.
5. Introduzca TAPES en endomina® suavemente. Si lo necesita, utilice un gel lubricante. No aplique fuerza. Compruebe

que el ángulo de endomina® permite la inserción.

6. Fije TAPES a endomina® con el conector.
7. Accione endomina® para colocar la aguja de TAPES en la posición correcta.
8. Compruebe visualmente que la aguja de TAPES sale correctamente a través de endomina®.
9. Agarre y tire del tejido con el instrumento prensil adecuado.
10. Presione el asa para perforar el primer tejido.
11. Tighten the brake screw before releasing the tags.
12. Retire el cierre de seguridad y aplique la sutura de fijación distal con el émbolo de sutura distal.
13. Retire el émbolo de sutura distal hasta que quede a la misma altura que el émbolo de sutura proximal.
14. Tire del asa para retraer la aguja hacia el interior de endomina®.
15. Si lo necesita, mueva endomina® hacia atrás para aflojar el hilo.
16. Agarre y perforo el segundo tejido.
17. Aplique la sutura de fijación proximal con el émbolo de sutura proximal. Compruebe que toda la sutura se haya soltado correctamente. Si es necesario, mueva el émbolo de sutura hacia atrás y hacia delante.
18. Retraiga el émbolo de sutura proximal hasta la posición inicial.
19. Utilice el asa para retraer la aguja hacia el interior de endomina®.
20. Enderece endomina® para poder retirar la aguja. Mantenga siempre control visual.
21. Saque TAPES de endomina®. No aplique fuerza.
22. Con la ayuda de un asa de poliplectomía, tire de la bola de ajuste de suturas para ceñir la cadena de suturas de fijación. Ciñala hasta que las suturas de fijación apliquen la presión adecuada a los tejidos.
23. Utilice un instrumento cortante para cortar el extremo suelto del hilo de sutura. Procure no cortar el hilo entre las suturas de fijación.

### Final del procedimiento

1. Compruebe que todos los componentes están presentes (excepto las suturas de fijación y el hilo).
2. Elimine TAPES en el recipiente para objetos punzocortantes del hospital. Asegúrese de que el recipiente para objetos punzocortantes es apto para agujas y que hay espacio suficiente para su objeto. Cambie los recipientes cuando alcancen dos tercios de su capacidad o según las normas del hospital. Si sobresale una aguja del recipiente, no la introduzca con la mano. Solicite la retirada del recipiente.

### Procedimiento de emergencia

Si TAPES se atasca en endomina® o en los tejidos, lleve a cabo el siguiente procedimiento:

- Si TAPES se atasca en tejidos:
  1. Suelte la sutura de fijación proximal para separar la aguja de los tejidos.
  2. Si es necesario, corte la sutura de fijación o el hilo con una guillotina o tijeras endoscópicas para liberar la aguja.
  3. Si es necesario, recoja las suturas de fijación y el hilo con unas pinzas endoscópicas.
- Si TAPES se atasca en endomina®:
  1. Retire completamente las asas de las suturas de fijación distal y proximal.
  2. Compruebe que el ángulo de endomina® permite el paso de TAPES.
  3. Si TAPES sigue atascado y la aguja no sale del tubo operatorio, pero endomina® permite retirar ambos instrumentos (endomina® y TAPES) a la vez, retírelos e investigue los motivos del atasco.
  4. Si la aguja está fuera del tubo o endomina® no permite retirar ambos instrumentos a la vez, corte la aguja para extraerla del tubo (p. ej., con láser de argón).
  5. Retire la aguja con el endoscopio y unas pinzas para cuerpos extraños.
  6. Retire TAPES del tubo operatorio.

### Retirada de la cadena de suturas de fijación

En caso de necesidad, el hilo de la cadena se puede cortar con un instrumento cortante entre las suturas de fijación. A continuación, se deberán retirar los elementos de la cadena de suturas de fijación con un instrumento prensil. Deseche la cadena de suturas de fijación en un contenedor de residuos adecuado (para residuos hospitalarios).

### Almacenamiento

TAPES debe almacenarse dentro de su envase estéril en un lugar limpio y seco, no expuesto a la luz solar y a temperatura ambiente. El envase estéril no debe almacenarse bajo otros envases que puedan aplastarlo.

### Reparaciones y modificaciones

TAPES no tiene partes que puedan ser reparadas por el usuario. El usuario no debe desmontar, modificar ni reparar TAPES. Hacerlo podría tener como resultado lesiones en los pacientes o daños en otros productos sanitarios.

### Compatibilidad con plataformas de triangulación

TAPES uso está validado con las plataformas de triangulación endomina® (endomina® v2). No se garantiza la compatibilidad de los instrumentos seleccionados solamente en función de la anchura y longitud operativa máxima de la sección para inserción.

### Otros instrumentos endoscópicos necesarios para la intervención

TAPES es apto para su uso con instrumentos endoscópicos a través de los tubos del endoscopio. Si desea utilizar todos los instrumentos, pruébelos antes del uso.

## PT – PORTUGUÊS - Instruções de utilização

### Instrumento endoscópico de aproximación do tecido

Não utilize se a embalagem estiver danificada ou tiver sido acidentalmente aberta

### Terminologia e conteúdo da embalagem

- A. Pega de fixação
- B. Empurrador da agulha
- C. Empurrador de tag distal
- D. Empurrador de tag proximal
- E. Pino de segurança
- F. Parafuso do travão
- G. Agulhas e corrente de tag (no dispensador)
- H. Anexo do dispensador

### Informação técnica

Diâmetro máximo – 1,9 mm  
 Diâmetro da agulha – 1,75 mm  
 Comprimento rígido da agulha – 17 mm  
 Comprimento total da agulha (excluindo pega) – 1.200 mm  
 Diâmetro do tag – 1,1 mm  
 Comprimento do tag – 10 mm

Tipo de sutura cirúrgica – EP1.5 (USP 4-0) poliéster trançado (não absorvível)  
 Duração máxima da utilização – 4 horas

### Utilização prevista

TAPES é um dispositivo médico de sutura a longo prazo descartável, para gastroplastia endoscópica que utiliza um endoscópio flexível e uma plataforma de triangulação (endomina®)

### Utilizadores previstos

Os utilizadores previstos são:

- Enfermeiros/as com qualificação para utilizar o dispositivo
- Enfermeiros/as em formação que estejam a ser acompanhados/as por um médico especialista da área
- Gastroenterologistas com qualificação para utilizar o dispositivo
- Gastroenterologistas em formação que estejam a ser acompanhados por gastroenterologistas experientes

Todos os utilizadores devem compreender pelo menos um dos idiomas nas Instruções de utilização.

### População de doentes alvo

Adultos (18 a 65 anos)

### Indicação clínica

Obesidade (cirurgia restritiva no estômago)

### Benefícios clínicos da utilização do TAPES em conjunto com o endomina®v2

- Perda de peso em excesso
- Melhorias em termos de saciedade

### Características de desempenho do dispositivo

- O TAPES é utilizado para cirurgias sem incisão (nenhuma cicatriz externa) no estômago através da boca
- O TAPES oferece sutura de espessura total sob visualização direta
- O TAPES é fácil de utilizar.

### Contraindicações

Qualquer contraindicação relativa a endoscópicos; úlcera gástrica; perfurações; gastrite severa ou qualquer condição pré-existente que possa conduzir à fragilidade das mucosas; sangramento; esofagite; hérnia de hiato; mulheres grávidas, a tentarem engravidar ou lactantes; crianças; idosos; dependências (de drogas ou álcool); transtornos da coagulação; varizes; hipertensão portal no estômago; áreas fibróticas; pacientes em terapia anticoagulante

### Avisos

Para garantir a utilização segura do TAPES é essencial a leitura atenta deste parágrafo.

- Antes de usar o TAPES certifique-se de que a embalagem está devidamente selada e inclui todos os componentes indicados na figura e que estes estão em bom estado. Não utilize o TAPES se qualquer componente estiver em falta ou danificado.
- TAPES é um dispositivo para gastroplastia endoscópica. Só pode ser usado através da boca.
- O TAPES apenas pode ser usado por pessoal médico qualificado (um gastroenterologista ou paramédico sob supervisão de um gastroenterologista) que tenha recebido a formação e certificação necessárias para a sua utilização.
- Não tocar na ponta da agulha durante a remoção e eliminação do TAPES; pode estar contaminada com substâncias potencialmente infecciosas do doente.
- Tenha sempre, pelo menos, um TAPES em armazém antes de iniciar o procedimento.
- Este documento descreve a utilização do TAPES, e não os procedimentos clínicos que podem ser realizados com ele.
- O TAPES é descartável e não pode ser reutilizado: o processo de esterilização usado em hospitais não foi testado e pode danificar o instrumento.
- Não usar o TAPES após a data de validade; tal pode conduzir a um funcionamento incorreto do dispositivo (ou seja, a libertação da agulha).
- O TAPES apenas pode ser usado em pacientes submetidos a anestesia geral.
- O TAPES só pode ser usado com a plataforma endomina v2. Consulte "Compatibilidade com plataforma de triangulação" para mais informações.
- O TAPES não pode ser usado se for colocado fora de uma zona limpa.
- Se o TAPES tiver sido exposto a condições ambientais diferentes das especificadas no rótulo, não usar o TAPES.
- Se um componente do TAPES se desprender e cair numa cavidade do corpo do doente, recupere-o com os "forceps" endoscópicos se considerar que o mesmo é perigoso para a saúde do doente.
- Nota 1: os componentes não são radiopacos, à exceção da agulha.
- Nota 2: uma agulha que se desencaixe do dispositivo devido a uma falha pode resultar na perfuração potencialmente fatal ou não fatal de um órgão, como o esófago ou o estômago.
- Se um dos componentes do TAPES se soltar e cair numa cavidade do corpo do paciente, recolha-o com forceps endoscópicos se for considerado perigoso para a saúde do paciente.
- Se a plataforma de triangulação não permitir a execução de aplicações de dimensão suficiente, a sutura poderá não resistir.

### Precauções

- O paciente deve ser colocado em posição supina para evitar o aprisionamento de órgãos vizinhos
- Nunca faça movimentos repentinos, especialmente durante a inserção e a remoção. Pode magoar o paciente.
- A agulha não deve ser visível durante a introdução e a remoção da plataforma de triangulação. Pode magoar o paciente.
- O TAPES deve ser sempre manipulado sob vigilância quando a agulha estiver fora da plataforma de triangulação. Não respeitar esta precaução pode levar a perfurações perigosas dos órgãos circundantes.
- Use sempre vestuário protetor, pois o sangue e outros tecidos acarretam risco de infeção. Vestuário protetor adequado inclui óculos de proteção, uma máscara e roupa e luvas à prova de água.
- Não faça uso da força para inserir o TAPES no sistema de triangulação. Se sentir resistência, remova e procure a causa.
- Se forem usadas várias correntes de tag, evite suturas cruzadas.
- Não inserir o TAPES num canal dobrado. Introduza sempre o TAPES num canal que seja o mais direito possível.
- TAPES num equipamento de 1,9 mm. Utilize apenas num canal adequado (até 2,3 mm). Para usar num canal mais largo, utilize um cateter para evitar questões de orientação.

- Segure a pega na mão sempre com firmeza para evitar movimentos indesejados.
- Verifique a integridade da ponta da agulha após a remoção e certifique-se de que a ponta ainda está fixa no dispositivo TAPES. Se a ponta da agulha estiver em falta, retire-a do doente usando um método de extração de elementos estranhos cortantes.
- Utilize sempre insuflação de CO<sub>2</sub>.
- Tenha sempre à disposição equipamentos de hemostase.
- Podem ser utilizados, no máximo, 15 TAPES por doente e por procedimento.

### Potenciais riscos para o paciente

- Os seguintes riscos podem ocorrer durante ou após a utilização do TAPES:
  - Reação inflamatória aguda do tecido
  - Hemorragia que necessita de gestão hemostática durante ou após o procedimento
  - Hemorragia (estômago, fígado, intestino, vesícula biliar, pâncreas, bazo, omento)
  - Contaminação cruzada
  - Atraso na intervenção
  - Infeção
  - Irritação
  - Perfuração (do esófago e/ou do estômago)
  - Perforação (faringe, intestino, bexiga, bazo, útero)
  - Perfuração (coração, pulmões, pâncreas, fígado, aorta)
  - Neumoperitónio
  - Possível necessidade de nova intervenção
  - Sepsis
  - Pequena laceração na mucosa
  - Dor abdominal forte
  - Contaminação de terceiros
  - Ferimentos no utilizador

### Efeitos secundários

Náusea, vómitos, cólicas

### Procedimento

O procedimento descrito aqui é uma lista de verificação para uma operação executada por um utilizador experiente.

1. Verifique se a embalagem do TAPES não está danificada e está totalmente selada. Se detetar alguma anomalia ou se a embalagem tiver sido acidentalmente aberta, não utilize o TAPES e devolva-o à Endo Tools Therapeutics.
2. Insira endomina® no local a ser tratado.
3. Desembale o TAPES e verifique visualmente se está completo e em bom estado. Verifique se as etiquetas estão no devido lugar e se a pega não foi acionada. Remova o TAPES do dispensador rodando a pega de fixação. Segure sempre na agulha e nos tubos e mantenha-os apontados na sua direção oposta e de outras pessoas. Não exponha nem desembale a agulha até ao momento da utilização do TAPES.
4. Verifique se o empurrador da agulha desliza para a pega de fixação e verifique o parafuso do travão. O parafuso de travão pode ser apertado em qualquer momento, para bloquear o movimento do empurrador da agulha.
5. Insira suavemente o TAPES na endomina®, usando gel lubrificante se necessário. Não exerça força. Verifique se o ângulo da endomina® permite a inserção.
6. Fixe o TAPES na endomina® no conector.
7. Ative endomina® para posicionar corretamente a agulha do TAPES.
8. Verifique visualmente se a agulha do TAPES desliza corretamente para fora da plataforma.
9. Agarre e puxe o tecido com o dispositivo de aperto apropriado.
10. Perfure o primeiro tecido empurrando a pega.
11. Aperte o parafuso do travão antes de libertar os tags
12. Remova o pino de segurança e solte o tag distal usando o empurrador do tag distal.
13. Puxe para trás o fluxo do empurrador do tag distal com o empurrador do tag proximal.
14. Puxe a agulha para endomina® puxando a pega.
15. Mova endomina® para trás para soltar a sutura, se necessário.
16. Agarre e perfure o segundo tecido.
17. Solte o tag proximal usando o empurrador do tag proximal. Verifique se toda a sutura foi solta. Realize movimentos para atrás e para a frente com o empurrador de tag, se necessário.
18. Puxe o empurrador do tag proximal para a sua posição de descanso.
19. Com a pega, puxe novamente a agulha para endomina®.
20. Endireite endomina® de triangulação para permitir a remoção da agulha. Mantenha sempre o controlo visual.
21. Retire o TAPES da endomina®. Não exerça força.
22. Com a ajuda de uma argola de poliplectomia, aperte a corrente de tag puxando o bola que aperta a sutura. Aperte até os tags exercerem uma pressão adequada nos tecidos.
23. Com um instrumento cortante, corte a extremidade solta da sutura. Certifique-se de que não corta a sutura entre tags.

### Fin do procedimento

1. Verifique se todos os componentes estão presentes (excepto tags e sutura).
2. Elimine o TAPES no contenedor de resíduos corto-perfurantes. Certifique-se de que o contenedor foi concebido para eliminar objetos afiados e que há espaço suficiente no mesmo para o seu objeto. Substitua os contentores quando estiverem dois terços cheios ou de acordo com as regras do hospital. Se uma agulha estiver a sair do contenedor, não a empurre com as mãos. Contacte-nos para que possamos remover o contenedor.

### Procedimento de emergência

Se o TAPES ficar preso numa endomina® ou tecido, realize o seguinte procedimento:

- Se o TAPES ficar preso no tecido:
  1. Solte o tag proximal para libertar a agulha dos tecidos.
  2. Se necessário, corte o tag ou a sutura com uma guillotina endoscópica ou tesoura para soltar a agulha.
  3. Se necessário, recupere os tags e a sutura com forceps endoscópicos.
- Se o TAPES ficar preso na endomina®:
  1. Remova completamente as pegas do tag distal e proximal.
  2. Verifique se o ângulo da endomina® permite o deslize do TAPES.
  3. Se o TAPES ainda estiver preso, se a agulha não deslizar para fora do canal de operação e se endomina® o permitir, remova tudo ao mesmo tempo (endomina® e TAPES) e procure a causa do bloqueio.
  4. Se a agulha estiver fora do canal ou se endomina® não permitir a remoção combinada, corte a agulha do seu tubo, por exemplo, com plasma de argon.
  5. Recupere a agulha com o endoscópio e o forceps que removeu o elemento estranho.
  6. Remova o TAPES do canal de operação.

Se o TAPES ficar danificado durante a operação e uma peça ficar no estômago, retire-a do paciente.


### Remoção da corrente de tag

Em caso de necessidade, a sutura da corrente de tag por ser cortada com um instrumento cortante entre os tags. Os elementos da corrente de tag deve ser removidos com uma pinça de preensão. Elimine a corrente de tag num recipiente adequado (para resíduos hospitalares)

### Armazenamento

O TAPES tem de ser guardado na sua embalagem esterilizada, num local limpo e seco, protegido da





- Prostředek TAPES lze použít pouze na pacienty v celkové anestézii.
- Prostředek TAPES lze použít pouze s platformou endomina v2. Další podrobnosti viz „Kompatibilita triangulační platformy“.
- Nachází-li se prostředek TAPES mimo čistou oblast, nelze ho použít.
- Pokud byl prostředek TAPES vystaven podmínkám prostředí mimo ty, které jsou uvedeny na štítku, nepoužívejte jej.
- Pokud dojde k oddělení jedné součásti šicí jednotky TAPES a spadne-li do dutiny v těle pacienta, vyndejte ji endoskopickými kleštěmi, pokud se usoudí, že je nebezpečná pro zdraví pacienta.
- Poznámka 1: součástí s výjimkou jehly nejsou neprostopupné pro rentgenové záření.
- Poznámka 2: jehla, která se uvolní z prostředku kvůli vadné funkci, by mohla způsobit perforaci životně důležitého nebo životně nedůležitého orgánu, např. jícnu nebo žaludku.
- Neumožňuje-li triangulační platforma vytvoření dostatečně velkého zřasení, sutura nemusí držet správně.

**Upozornění**

- Pacient by měl být uložen v poloze na zádech, aby nedošlo k zasažení sousedních orgánů.
- Neprovádějte nečekané pohyby, zejména během zavádění a vyndávání. Pacientovi by to mohlo způsobit újmu.
- Jehla nesmí být během zavádění a vyndávání triangulační platformy vidět. Pacientovi by to mohlo způsobit újmu.
- Když je jehla mimo triangulační platformu, musí se s prostředkem TAPES manipulovat vždy pod vizuálním dohledem. Nedodržení tohoto bezpečnostního opatření by mohlo vést k nebezpečným perforacím sousedících orgánů.
- Za všech okolností noste vhodný ochranný oděv. Například s krví a dalšími tkáněmi je spojené riziko přenosu infekce. Vhodný ochranný oděv zahrnuje ochranné brýle, masku a voděodolný oděv a rukavice.
- K zavádění prostředku TAPES do triangulačního systému nepoužívejte sílu. Narazíte-li na odpor, prostředek vyjměte a místo porovíte.
- Při použití více řeztíků kotviček dbejte na to, aby nedošlo k vzájemnému křížení sutur.
- Prostředek TAPES nezavádějte do ohnutého kanálu. Prostředek TAPES zavádějte vždy do kanálu, který je co nejrovnější.
- Prostředek TAPES má 1,9 mm. Používejte ho pouze ve vhodném kanálu (zř 2,3 mm). Budete-li ho chtít použít ve větším kanálu, pro eliminaci problémů s naváděním použijte katétr.
- Rukojeť mějte vždy pevně v ruce. Tím zamezíte nežádoucímu pohybu.
- Po vyjmutí zkontrolujte neporušenost hrotu jehly a ujistěte se, že je hrot stále připojen k TAPES. Pokud hrot jehly chybí, vytáhněte jej z pacienta pomocí metody extrakce ostrého cížho tělesa.
- Za všech okolností používejte insuflací CO2.
- Vždy mějte k dispozici příslušné hemostatické nástroje.
- U jednoho pacienta a v rámci jednoho výkonu lze použít maximálně 15 šicích jednotek TAPES.

**Potenciální újma pro pacienta**

- Během nebo po použití prostředku TAPES může dojít k následující újmě:
  - Akutní zánětlivá reakce tkáně
  - Krvácení vyžadující řízení hemostázy během procedury nebo po ní
  - Krvácení (žaludek, játra, střeva, žlučník, slinivka, slezina, omentum).
  - Křížová kontaminace
  - Zpožděná intervence
  - Infekce
  - Podráždění
  - Perforace (hltnu, střeva, močového měchýře, slезiny, dělohy)
  - Perforace (srdce, plíce, slinivka, játra, aorta)
  - Perforace životně důležitého orgánu (srdce, tepna)
  - Pneumoperitoneum
  - Možná nutnost opětovné intervence
  - Sepsa
  - Malá trhlina na sliznici
  - Silná bolest břicha
  - Kontaminace třetí stranou
  - Poranění uživatele

**Vedlejší účinky**

- Nevolnost, zvracení, křeče
- Postup**  
Zde popsaný postup představuje kontrolní seznam při operacích vykonávaných zkušeným uživatelem.
- 1. Zkontrolujte, zda obal prostředku TAPES není poškozen a zda je dokonale uzavřen. Pokud zjistíte jakoukoli anomálii nebo pokud byl obal neúmyslně otevřen, prostředek TAPES nepoužívejte a zašlete jej zpět společnosti Endo Tools Therapeutics.
- 2. Zasuňte endomina® v ošetřovaném místě.
- 3. Rozbalte prostředek TAPES a vizuálně zkontrolujte, zda je kompletní a v dobrém stavu. Zkontrolujte, zda jsou kotvičky na svém místě a zda nebyla aktivována rukojeť. Otáčáním upevňovací rukojeti vyjměte prostředek TAPES z upevnění. Vždy držte jehlu a hadičku a udržujte ji nasměrovanou mimo sebe a ostatní osoby. Jehlu neodkrývejte ani nerozbalujte, dokud nenastane čas prostředek TAPES použít.
- 4. Zkontrolujte, zda se pozicerní jehla zasunul do aretační rukojeti a zkontrolujte i brzdivý šroub. Brzdivý šroub lze kdykoli utáhnout a zamezit tak dalšímu pohybu pozicerní jehly.
- 5. Opatrně zaveďte prostředek TAPES do endomina®. V případě potřeby použijte lubrikační gel. Nepoužívejte při tom sílu. Zkontrolujte, zda úhel endomina® umožňuje zavedení.

- 6. Upevněte prostředek TAPES do endomina® pomocí spojky.
- 7. Manipulací s endomina® dosáhněte správné polohy jehly prostředku TAPES:
- 8. Pohledem zkontrolujte, zda se jehla prostředku TAPES vysunula správně.
- 9. Pomocí vhodného grasperu uchopte a vytáhněte tkáň
- 10. Tlakem na jehlu propíchněte první tkáň.
- 11. Před uvolněním kotviček utáhněte brzdivý šroub
- 12. Odstraňte bezpečnostní čep a uvolněte distální svorku pomocí pozicerního distální svorky.
- 13. Vytáhněte pozicerní distální svorky ličující s pozicerním proximální svorky.
- 14. Zatáhnutím za rukojeť vytáhněte jehlu zpátky do endomina®.
- 1. Bude-li to nutné, posuňte endomina® zpátky za účelem uvolnění sutury.
- 2. Uchopte a propíchněte druhou tkáň..
- 3. Uvolněte proximální svorku pomocí proximálního pozicerního svorky. Zkontrolujte, zda došlo k uvolnění celé sutury. Bude-li to nutné, proveďte s pozicerním sutury pohyb dozadu a dopředu.
- 4. Zatáhnete proximální pozicerní svorky zpátky do klidové polohy.
- 5. Pomocí rukojeti vytáhněte jehlu zpátky do endomina®.
- 6. endomina® narovnejte, abyste mohli vytáhnout jehlu. Vše neustále kontrolujte pohledem.
- 7. Vytáhněte prostředek TAPES z endomina®. Nepoužívejte při tom sílu.
- 8. Pomocí smyčky pro polyketomii utáhněte řeztíček kotvičky zatažením za utahovací míč sutury. Pokračujte v utahování, dokud kotvičky nebudou vyvíjet dostatečný tlak na tkáň.
- 9. Pomocí řezného nástroje odstříhnete konec sutury. Dbejte na to, abyste nepřefízlí suturu mezi svorkami.

**Konec postupu**

- 1. Zkontrolujte přítomnost všech komponent (s výjimkou svorek a sutury).
- 2. Prostředek TAPES vyhoďte do koše na ostrý nemocniční odpad. Ujistěte se, že nádoba na vyhazování je určena pro vyhazování ostrých předmětů, a ujistěte se, že je v ní dostatek místa, aby se do ní vyhazování prostředků vešel. Kontejnery vyměňte, jakmile jsou ze dvou třetin plné, nebo podle nemocničních pravidel. Pokud jehla z kontejneru vyčnívá, nestřekejte ji tam rukama. Zavolejte příslušný kontakt a požádejte o vyjmutí nádoby.

**Postup při mimořádné situaci**

- Pokud se prostředek TAPES zasekne v endomina® nebo tkáni, postupujte následovně:
  - POKUD se prostředek TAPES zasekne v tkáni:
    - 1. Uvolněním proximální kotvičky uvolněte jehlu z tkáni.
    - 2. Bude-li to nutné, jehlu uvolněte přilícnutím svorky či sutury endoskopickou plicinotou nebo nůžkami.
    - 3. Bude-li to nutné, kotvičky a suturu vytáhněte endoskopickými kleštěmi.
  - Pokud se prostředek TAPES zasekne v endomina®:
    - 1. Zcela odstraňte rukojeti distální a proximální kotvičky.
    - 2. Zkontrolujte, zda úhel endomina® umožňuje posun prostředku TAPES.
    - 3. Pokud je prostředek TAPES stále zaseknutý, jehla se nevyssouvá z operačního kanálu a endomina® to bude umožňovat, odstraňte všechno najednou (endomina® i prostředek TAPES) a prozkoumejte důvod zablokování.
    - 4. Pokud se jehla nachází mimo kanál nebo endomina® neumožňuje kombinované odstranění, jehlu vyřizněte z trubičky například pomocí argonové plazmy.
  - 5. Vytáhněte jehlu pomocí endoskopa a kleští na odstraňování cizích těles.
  - 6. Odstraňte prostředek TAPES z operačního kanálu.

Jestliže dojde během operace k poškození prostředku TAPES a některá z částí zůstane v žaludku, z pacienta ji vyjměte.

**Odstranění řeztíku kotvičky**

Bude-li to nutné, suturu s řeztíkovou kotvičkou lze mezi kotvičkami přefíznout řezacím nástrojem. Prvky řeztíku kotvičky by měly být odstraněny pomocí grasperu. Řeztíček kotvičky vyhoďte do odpovídající nádoby (na nemocniční odpad).

**Skladování**

Prostředek TAPES musí být skladován ve svém sterilním obalu, na čistém a suchém místě mimo dosah slunečních paprsků a za okolní teploty.

Sterilní obal by neměl být skladován pod ostatními obaly, které by ho mohly zmačknout.

**Operativní modifikace**

Prostředek TAPES nedisponuje žádnými částmi, které by mohl opravit uživatel svépomocí. Prostředek TAPES nesmí být rozebrán, modifikován ani oprávněn uživatelem. Pacientovi by mohla být způsobena újma nebo by mohlo dojít k poškození jiných zdravotnických prostředků.

**Kompatibilita s triangulační platformou**  
TAPES byl validován pomocí triangulační platformy endomina® (endomina® v2). Nelze zaručit, že nástroje vybrané výhradně na základě maximální šířky zavedení a pracovní délky budou v kombinaci kompatibilní.

**Další endoskopické nástroje potřebné k zákroku**  
TAPES lze používat s endoskopickými nástroji skrze kanály endoskopa. Všechny nástroje před použitím vyzkoušejte.

**SR – SRPSKI – Uputstvo za upotrebu**

**Endoskopski instrument za aproksimaciju tkiva**  
Nemojte koristiti ako je pakovanje oštećeno ili slučajno otvoreno

**Terminologija i sadržaj pakovanja**

- A. Drška za fiksiranje
- B. Potiskivač igle
- C. Potiskivač distalne spajalice
- D. Potiskivač proksimalne spajalice
- E. Osigurač
- F. Kočioni zavrtanj
- G. Lanac igala i spajalica (u dozatoru)
- H. Priključak za dozator

**Tehničke informacije**

- Maksimalni prečnik – 1,9 mm
- Prečnik igle – 1,75 mm
- Rigidna dužina igle – 17 mm
- Ukupna dužina igle (ne uključujući dršku) – 1200 mm
- Prečnik spajalice – 1,1 mm
- Dužina spajalice – 10 mm
- Vrsta hirurškog konca – EP1.5 (USP 4-0) pleteni poliester (neupijajući)
- Maksimalno trajanje korišćenja – 4 sata

**Predivalna namena**

TAPES je dugotrajni, jednokratni medicinski instrument za ušivanje za endoskopsku gastroplastiju koji se koristi sa fleksibilnim endoskopom i triangulacionom platformom (endomina®)

**Korisnici kojima je namenjen uređaj**

- Korisnici kojima je namenjen uređaj:
  - Medicinske sestre obučene na ovom uređaju
  - Medicinske sestre na obuci u pratnji stručnjaka iz kliničke oblasti
  - Gastroenterolozi obučeni na ovom uređaju
  - Gastroenterolozi na obuci u pratnji jednog ili više gastroenterologa sa iskustvom
- Svi korisnici moraju razumeti bar jedan od jezika na kojima je dostupno uputstvo za upotrebu.

**Ciljna populacija pacijenata**

Odrasle osobe (18 do 65 godina)

**Klinička indikacija**

Gojaznost (restriktivna operacija želuca)

**Kliničke pogodnosti kada se platforma TAPES koristi zajedno sa instrumentom Endomina®v2**

- Gubitak prekomerne težine
- Poboljšan osećaj sitosti

**Karakteristike performansi uređaja**

- Instrument TAPES se koristi za hirurške intervencije bez reza (bez spoljnog ožiljka) u stomaku kroz usta
- Instrument TAPES pruža ušivanje punom debljinom pod direktnom vizuelizacijom
- Instrument TAPES je jednostavan za korišćenje.

**Kontraindikacije**

Sve kontraindikacije na endoskopiju; čir na želucu; perforacije; teški obliki gastritisa ili sva već postojeca stanja koja mogu da dovedu do fragile sluznice; krvarenje; ezofagitis; hjiatalna hernija; žene koje su trudne, pokušavaju da zatrudne ili koje doje; deca; starije osobe; zavisnost (droga ili alkohol); poremećaji u koagulaciji krvi; varikozne vene; portalna hipertenzija u stomaku; fibrotička mesta; pacijenti koji uzimaju terapiju protiv koagulacije

**Upozorenja**

- Kako bi se osigurala bezbedna upotreba instrumenta TAPES, izuzetno je važno da ovaj pasus pažljivo pročitate.
  - Pre korišćenja instrumenta TAPES, proverite da li je pakovanje propisno zapečaćeno, da li sadrži sve komponente prikazane na slici i da li su one u bezopernom stanju. Ako neka komponenta nedostaje ili je oštećena, nemojte koristiti instrument TAPES.
  - TAPES je uređaj za endoskopsku gastroplastiju. Može se koristiti samo kroz usta.
  - Instrument TAPES može primenjivati isključivo kvalifikovano medicinsko osoblje (gastroenterolog ili bolničar pod nadzorom gastroenterologa) koje je dobilo neophodnu obuku i sertifikaciju da može da koristi ovaj instrument.
  - Nemojte dodirivati vrh igle tokom skidanja i odlaganja instrumenta TAPES: može biti kontaminiran potencijalno zaraznim supstancama od pacijenta.
  - Uvek čuvajte u rezervi barem jedan dodatni instrument TAPES pre nego što započnete proceduru.
  - Ovaj dokument opisuje upotrebu instrumenta TAPES, a ne kliničke procedure koje se njime mogu izvršiti.
  - Instrument TAPES predviđen je za jednokratnu upotrebu i ne može se ponovo koristiti: ponovna upotreba predstavlja opasnost od unakrsne kontaminacije između pacijenata. Pored toga, ponovna upotreba ovog instrumenta nakon što su ispuštene spajalice čini ovaj instrument beskorisnim.
  - Instrument TAPES je predviđen za jednokratnu upotrebu i ne može se ponovo sterilisati: proces sterilizacije koji se koristi u bolnicama nije ispitani i mogao bi oštetiti ovaj instrument.
  - Nemojte koristiti instrument TAPES posle datuma isteka važenja, to može dovesti do otkazivanja funkcionalnosti instrumenta TAPES.
  - Uvek čuvajte u rezervi barem jedan dodatni instrument TAPES pre nego što započnete proceduru.
  - Ovaj dokument opisuje upotrebu instrumenta TAPES, a ne kliničke procedure koje se njime mogu izvršiti.
  - Instrument TAPES predviđen je za jednokratnu upotrebu i ne može se ponovo koristiti: ponovna upotreba predstavlja opasnost od unakrsne kontaminacije između pacijenata. Pored toga, ponovna upotreba ovog instrumenta nakon što su ispuštene spajalice čini ovaj instrument beskorisnim.
  - Uvek čuvajte u rezervi barem jedan dodatni instrument TAPES pre nego što započnete proceduru.
  - Ovaj dokument opisuje upotrebu instrumenta TAPES, a ne kliničke procedure koje se njime mogu izvršiti.
  - Instrument TAPES predviđen je za jednokratnu upotrebu i ne može se ponovo koristiti: ponovna upotreba predstavlja opasnost od unakrsne kontaminacije između pacijenata. Pored toga, ponovna upotreba ovog instrumenta nakon što su ispuštene spajalice čini ovaj instrument beskorisnim.
  - Uvek čuvajte u rezervi barem jedan dodatni instrument TAPES pre nego što započnete proceduru.
  - Ovaj dokument opisuje upotrebu instrumenta TAPES, a ne kliničke procedure koje se njime mogu izvršiti.
  - Instrument TAPES predviđen je za jednokratnu upotrebu i ne može se ponovo koristiti: ponovna upotreba predstavlja opasnost od unakrsne kontaminacije između pacijenata. Pored toga, ponovna upotreba ovog instrumenta nakon što su ispuštene spajalice čini ovaj instrument beskorisnim.
  - Uvek čuvajte u rezervi barem jedan dodatni instrument TAPES pre nego što započnete proceduru.
  - Ovaj dokument opisuje upotrebu instrumenta TAPES, a ne kliničke procedure koje se njime mogu izvršiti.
  - Instrument TAPES predviđen je za jednokratnu upotrebu i ne može se ponovo koristiti: ponovna upotreba predstavlja opasnost od unakrsne kontaminacije između pacijenata. Pored toga, ponovna upotreba ovog instrumenta nakon što su ispuštene spajalice čini ovaj instrument beskorisnim.
  - Uvek čuvajte u rezervi barem jedan dodatni instrument TAPES pre nego što započnete proceduru.
  - Ovaj dokument opisuje upotrebu instrumenta TAPES, a ne kliničke procedure koje se njime mogu izvršiti.
  - Instrument TAPES predviđen je za jednokratnu upotrebu i ne može se ponovo koristiti: ponovna upotreba predstavlja opasnost od unakrsne kontaminacije između pacijenata. Pored toga, ponovna upotreba ovog instrumenta nakon što su ispuštene spajalice čini ovaj instrument beskorisnim.
  - Uvek čuvajte u rezervi barem jedan dodatni instrument TAPES pre nego što započnete proceduru.
  - Ovaj dokument opisuje upotrebu instrumenta TAPES, a ne kliničke procedure koje se njime mogu izvršiti.
  - Instrument TAPES predviđen je za jednokratnu upotrebu i ne može se ponovo koristiti: ponovna upotreba predstavlja opasnost od unakrsne kontaminacije između pacijenata. Pored toga, ponovna upotreba ovog instrumenta nakon što su ispuštene spajalice čini ovaj instrument beskorisnim.
  - Uvek čuvajte u rezervi barem jedan dodatni instrument TAPES pre nego što započnete proceduru.
  - Ovaj dokument opisuje upotrebu instrumenta TAPES, a ne kliničke procedure koje se njime mogu izvršiti.
  - Instrument TAPES predviđen je za jednokratnu upotrebu i ne može se ponovo koristiti: ponovna upotreba predstavlja opasnost od unakrsne kontaminacije između pacijenata. Pored toga, ponovna upotreba ovog instrumenta nakon što su ispuštene spajalice čini ovaj instrument beskorisnim.
  - Uvek čuvajte u rezervi barem jedan dodatni instrument TAPES pre nego što započnete proceduru.
  - Ovaj dokument opisuje upotrebu instrumenta TAPES, a ne kliničke procedure koje se njime mogu izvršiti.
  - Instrument TAPES predviđen je za jednokratnu upotrebu i ne može se ponovo koristiti: ponovna upotreba predstavlja opasnost od unakrsne kontaminacije između pacijenata. Pored toga, ponovna upotreba ovog instrumenta nakon što su ispuštene spajalice čini ovaj instrument beskorisnim.
  - Uvek čuvajte u rezervi barem jedan dodatni instrument TAPES pre nego što započnete proceduru.
  - Ovaj dokument opisuje upotrebu instrumenta TAPES, a ne kliničke procedure koje se njime mogu izvršiti.
  - Instrument TAPES predviđen je za jednokratnu upotrebu i ne može se ponovo koristiti: ponovna upotreba predstavlja opasnost od unakrsne kontaminacije između pacijenata. Pored toga, ponovna upotreba ovog instrumenta nakon što su ispuštene spajalice čini ovaj instrument beskorisnim.
  - Uvek čuvajte u rezervi barem jedan dodatni instrument TAPES pre nego što započnete proceduru.
  - Ovaj dokument opisuje upotrebu instrumenta TAPES, a ne kliničke procedure koje se njime mogu izvršiti.
  - Instrument TAPES predviđen je za jednokratnu upotrebu i ne može se ponovo koristiti: ponovna upotreba predstavlja opasnost od unakrsne kontaminacije između pacijenata. Pored toga, ponovna upotreba ovog instrumenta nakon što su ispuštene spajalice čini ovaj instrument beskorisnim.
  - Uvek čuvajte u rezervi barem jedan dodatni instrument TAPES pre nego što započnete proceduru.
  - Ovaj dokument opisuje upotrebu instrumenta TAPES, a ne kliničke procedure koje se njime mogu izvršiti.
  - Instrument TAPES predviđen je za jednokratnu upotrebu i ne može se ponovo koristiti: ponovna upotreba predstavlja opasnost od unakrsne kontaminacije između pacijenata. Pored toga, ponovna upotreba ovog instrumenta nakon što su ispuštene spajalice čini ovaj instrument beskorisnim.
  - Uvek čuvajte u rezervi barem jedan dodatni instrument TAPES pre nego što započnete proceduru.
  - Ovaj dokument opisuje upotrebu instrumenta TAPES, a ne kliničke procedure koje se njime mogu izvršiti.
  - Instrument TAPES predviđen je za jednokratnu upotrebu i ne može se ponovo koristiti: ponovna upotreba predstavlja opasnost od unakrsne kontaminacije između pacijenata. Pored toga, ponovna upotreba ovog instrumenta nakon što su ispuštene spajalice čini ovaj instrument beskorisnim.
  - Uvek čuvajte u rezervi barem jedan dodatni instrument TAPES pre nego što započnete proceduru.
  - Ovaj dokument opisuje upotrebu instrumenta TAPES, a ne kliničke procedure koje se njime mogu izvršiti.
  - Instrument TAPES predviđen je za jednokratnu upotrebu i ne može se ponovo koristiti: ponovna upotreba predstavlja opasnost od unakrsne kontaminacije između pacijenata. Pored toga, ponovna upotreba ovog instrumenta nakon što su ispuštene spajalice čini ovaj instrument beskorisnim.
  - Uvek čuvajte u rezervi barem jedan dodatni instrument TAPES pre nego što započnete proceduru.
  - Ovaj dokument opisuje upotrebu instrumenta TAPES, a ne kliničke procedure koje se njime mogu izvršiti.
  - Instrument TAPES predviđen je za jednokratnu upotrebu i ne može se ponovo koristiti: ponovna upotreba predstavlja opasnost od unakrsne kontaminacije između pacijenata. Pored toga, ponovna upotreba ovog instrumenta nakon što su ispuštene spajalice čini ovaj instrument beskorisnim.
  - Uvek čuvajte u rezervi barem jedan dodatni instrument TAPES pre nego što započnete proceduru.
  - Ovaj dokument opisuje upotrebu instrumenta TAPES, a ne kliničke procedure koje se njime mogu izvršiti.
  - Instrument TAPES predviđen je za jednokratnu upotrebu i ne može se ponovo koristiti: ponovna upotreba predstavlja opasnost od unakrsne kontaminacije između pacijenata. Pored toga, ponovna upotreba ovog instrumenta nakon što su ispuštene spajalice čini ovaj instrument beskorisnim.
  - Uvek čuvajte u rezervi barem jedan dodatni instrument TAPES pre nego što započnete proceduru.
  - Ovaj dokument opisuje upotrebu instrumenta TAPES, a ne kliničke procedure koje se njime mogu izvršiti.
  - Instrument TAPES predviđen je za jednokratnu upotrebu i ne može se ponovo koristiti: ponovna upotreba predstavlja opasnost od unakrsne kontaminacije između pacijenata. Pored toga, ponovna upotreba ovog instrumenta nakon što su ispuštene spajalice čini ovaj instrument beskorisnim.
  - Uvek čuvajte u rezervi barem jedan dodatni instrument TAPES pre nego što započnete proceduru.
  - Ovaj dokument opisuje upotrebu instrumenta TAPES, a ne kliničke procedure koje se njime mogu izvršiti.
  - Instrument TAPES predviđen je za jednokratnu upotrebu i ne može se ponovo koristiti: ponovna upotreba predstavlja opasnost od unakrsne kontaminacije između pacijenata. Pored toga, ponovna upotreba ovog instrumenta nakon što su ispuštene spajalice čini ovaj instrument beskorisnim.
  - Uvek čuvajte u rezervi barem jedan dodatni instrument TAPES pre nego što započnete proceduru.
  - Ovaj dokument opisuje upotrebu instrumenta TAPES, a ne kliničke procedure koje se njime mogu izvršiti.
  - Instrument TAPES predviđen je za jednokratnu upotrebu i ne može se ponovo koristiti: ponovna upotreba predstavlja opasnost od unakrsne kontaminacije između pacijenata. Pored toga, ponovna upotreba ovog instrumenta nakon što su ispuštene spajalice čini ovaj instrument beskorisnim.
  - Uvek čuvajte u rezervi barem jedan dodatni instrument TAPES pre nego što započnete proceduru.
  - Ovaj dokument opisuje upotrebu instrumenta TAPES, a ne kliničke procedure koje se njime mogu izvršiti.
  - Instrument TAPES predviđen je za jednokratnu upotrebu i ne može se ponovo koristiti: ponovna upotreba predstavlja opasnost od unakrsne kontaminacije između pacijenata. Pored toga, ponovna upotreba ovog instrumenta nakon što su ispuštene spajalice čini ovaj instrument beskorisnim.
  - Uvek čuvajte u rezervi barem jedan dodatni instrument TAPES pre nego što započnete proceduru.
  - Ovaj dokument opisuje upotrebu instrumenta TAPES, a ne kliničke procedure koje se njime mogu izvršiti.
  - Instrument TAPES predviđen je za jednokratnu upotrebu i ne može se ponovo koristiti: ponovna upotreba predstavlja opasnost od unakrsne kontaminacije između pacijenata. Pored toga, ponovna upotreba ovog instrumenta nakon što su ispuštene spajalice čini ovaj instrument beskorisnim.
  - Uvek čuvajte u rezervi barem jedan dodatni instrument TAPES pre nego što započnete proceduru.
  - Ovaj dokument opisuje upotrebu instrumenta TAPES, a ne kliničke procedure koje se njime mogu izvršiti.
  - Instrument TAPES predviđen je za jednokratnu upotrebu i ne može se ponovo koristiti: ponovna upotreba predstavlja opasnost od unakrsne kontaminacije između pacijenata. Pored toga, ponovna upotreba ovog instrumenta nakon što su ispuštene spajalice čini ovaj instrument beskorisnim.
  - Uvek čuvajte u rezervi barem jedan dodatni instrument TAPES pre nego što započnete proceduru.
  - Ovaj dokument opisuje upotrebu instrumenta TAPES, a ne kliničke procedure koje se njime mogu izvršiti.
  - Instrument TAPES predviđen je za jednokratnu upotrebu i ne može se ponovo koristiti: ponovna upotreba predstavlja opasnost od unakrsne kontaminacije između pacijenata. Pored toga, ponovna upotreba ovog instrumenta nakon što su ispuštene spajalice čini ovaj instrument beskorisnim.
  - Uvek čuvajte u rezervi barem jedan dodatni instrument TAPES pre nego što započnete proceduru.
  - Ovaj dokument opisuje upotrebu instrumenta TAPES, a ne kliničke procedure koje se njime mogu izvršiti.
  - Instrument TAPES predviđen je za jednokratnu upotrebu i ne može se ponovo koristiti: ponovna upotreba predstavlja opasnost od unakrsne kontaminacije između pacijenata. Pored toga, ponovna upotreba ovog instrumenta nakon što su ispuštene spajalice čini ovaj instrument beskorisnim.
  - Uvek čuvajte u rezervi barem jedan dodatni instrument TAPES pre nego što započnete proceduru.
  - Ovaj dokument opisuje upotrebu instrumenta TAPES, a ne kliničke procedure koje se njime mogu izvršiti.
  - Instrument TAPES predviđen je za jednokratnu upotrebu i ne može se ponovo koristiti: ponovna upotreba predstavlja opasnost od unakrsne kontaminacije između pacijenata. Pored toga, ponovna upotreba ovog instrumenta nakon što su ispuštene spajalice čini ovaj instrument beskorisnim.
  - Uvek čuvajte u rezervi barem jedan dodatni instrument TAPES pre nego što započnete proceduru.
  - Ovaj dokument opisuje upotrebu instrumenta TAPES, a ne kliničke procedure koje se njime mogu izvršiti.
  - Instrument TAPES predviđen je za jednokratnu upotrebu i ne može se ponovo koristiti: ponovna upotreba predstavlja opasnost od unakrsne kontaminacije između pacijenata. Pored toga, ponovna upotreba ovog instrumenta nakon što su ispuštene spajalice čini ovaj instrument beskorisnim.
  - Uvek čuvajte u rezervi barem jedan dodatni instrument TAPES pre nego što započnete proceduru.
  - Ovaj dokument opisuje upotrebu instrumenta TAPES, a ne kliničke procedure koje se njime mogu izvršiti.
  - Instrument TAPES predviđen je za jednokratnu upotrebu i ne može se ponovo koristiti: ponovna upotreba predstavlja opasnost od unakrsne kontaminacije između pacijenata. Pored toga, ponovna upotreba ovog instrumenta nakon što su ispuštene spajalice čini ovaj instrument beskorisnim.
  - Uvek čuvajte u rezervi barem jedan dodatni instrument TAPES pre nego što započnete proceduru.
  - Ovaj dokument opisuje upotrebu instrumenta TAPES, a ne kliničke procedure koje se njime mogu izvršiti.
  - Instrument TAPES predviđen je za jednokratnu upotrebu i ne može se ponovo koristiti: ponovna upotreba predstavlja opasnost od unakrsne kontaminacije između pacijenata. Pored toga, ponovna upotreba ovog instrumenta nakon što su ispuštene spajalice čini ovaj instrument beskorisnim.
  - Uvek čuvajte u rezervi barem jedan dodatni instrument TAPES pre nego što započnete proceduru.
  - Ovaj dokument opisuje upotrebu instrumenta TAPES, a ne kliničke procedure koje se njime mogu izvršiti.
  - Instrument TAPES predviđen je za jednokratnu upotrebu i ne može se ponovo koristiti: ponovna upotreba predstavlja opasnost od unakrsne kontaminacije između pacijenata. Pored toga, ponovna upotreba ovog instrumenta nakon što su ispuštene spajalice čini ovaj instrument beskorisnim.
  - Uvek čuvajte u rezervi barem jedan dodatni instrument TAPES pre nego što započnete proceduru.
  - Ovaj dokument opisuje upotrebu instrumenta TAPES, a ne kliničke procedure koje se njime mogu izvršiti.
  - Instrument TAPES predviđen je za jednokratnu upotrebu i ne može se ponovo koristiti: ponovna upotreba predstavlja opasnost od unakrsne kontaminacije između pacijenata. Pored toga, ponovna upotreba ovog instrumenta nakon što su ispuštene spajalice čini ovaj instrument beskorisnim.
  - Uvek čuvajte u rezervi barem jedan dodatni instrument TAPES pre nego što započnete proceduru.
  - Ovaj dokument opisuje upotrebu instrumenta TAPES, a ne kliničke procedure koje se njime mogu izvršiti.
  - Instrument TAPES predviđen je za jednokratnu upotrebu i ne može se ponovo koristiti: ponovna upotreba predstavlja opasnost od unakrsne kontaminacije između pacijenata. Pored toga, ponovna upotreba ovog instrumenta nakon što su ispuštene spajalice čini ovaj instrument beskorisnim.
  - Uvek čuvajte u rezervi barem jedan dodatni instrument TAPES pre nego što započnete proceduru.
  - Ovaj dokument opisuje upotrebu instrumenta TAPES, a ne kliničke procedure koje se njime mogu izvršiti.
  - Instrument TAPES predviđen je za jednokratnu upotrebu i ne može se ponovo koristiti: ponovna upotreba predstavlja opasnost od unakrsne kontaminacije između pacijenata. Pored toga, ponovna upotreba ovog instrumenta nakon što su ispuštene spajalice čini ovaj instrument beskorisnim.
  - Uvek čuvajte u rezervi barem jedan dodatni instrument TAPES pre nego što započnete proceduru.
  - Ovaj dokument opisuje upotrebu instrumenta TAPES, a ne kliničke procedure koje se njime mogu izvršiti.
  - Instrument TAPES predviđen je za jednokratnu upotrebu i ne može se ponovo koristiti: ponovna upotreba predstavlja opasnost od unakrsne kontaminacije između pacijenata. Pored toga, ponovna upotreba ovog instrumenta nakon što su ispuštene spajalice čini ovaj instrument beskorisnim.
  - Uvek čuvajte u rezervi barem jedan dodatni instrument TAPES pre nego što započnete proceduru.
  - Ovaj dokument opisuje upotrebu instrumenta TAPES, a ne kliničke procedure koje se njime mogu izvršiti.
  - Instrument TAPES predviđen je za jednokratnu upotrebu i ne može se ponovo koristiti: ponovna upotreba predstavlja opasnost od unakrsne kontaminacije između pacijenata. Pored toga, ponovna upotreba ovog instrumenta nakon što su ispuštene spajalice čini ovaj instrument beskorisnim.
  - Uvek čuvajte u rezervi barem jedan dodatni instrument TAPES pre nego što započnete proceduru.
  - Ovaj dokument opisuje upotrebu instrumenta TAPES, a ne kliničke procedure koje se njime mogu izvršiti.
  - Instrument TAPES predviđen je za jednokratnu upotrebu i ne može se ponovo koristiti: ponovna upotreba predstavlja opasnost od unakrsne kontaminacije između pacijenata. Pored toga, ponovna upotreba ovog instrumenta nakon što su ispuštene spajalice čini ovaj instrument beskorisnim.
  - Uvek čuvajte u rezervi barem jedan dodatni instrument TAPES pre nego što započnete proceduru.
  - Ovaj dokument opisuje upotrebu instrumenta TAPES, a ne kliničke procedure koje se njime mogu izvršiti.
  - Instrument TAPES predviđen je za jednokratnu upotrebu i ne može se ponovo koristiti: ponovna upotreba predstavlja opasnost od unakrsne kontaminacije između pacijenata. Pored toga, ponovna upotreba ovog instrumenta nakon što su ispuštene spajalice čini ovaj instrument beskorisnim.
  - Uvek čuvajte u rezervi barem jedan dodatni instrument TAPES pre nego što započnete proceduru.
  - Ovaj dokument opisuje upotrebu instrumenta TAPES, a ne kliničke procedure koje se njime mogu izvršiti.
  - Instrument TAPES predviđen je za jednokratnu upotrebu i ne može se ponovo koristiti: ponovna upotreba predstavlja opasnost od unakrsne kontaminacije između pacijenata. Pored toga, ponovna upotreba ovog instrumenta nakon što su ispuštene spajalice čini ovaj instrument beskorisnim.
  - Uvek čuvajte u rezervi barem jedan dodatni instrument TAPES pre nego što započnete proceduru.
  - Ovaj dokument opisuje upotrebu instrumenta TAPES, a ne kliničke procedure koje se njime mogu izvršiti.



- Szúrja át az első szövetet a fogantyú megnyomásával.
- A címkek kieresztése előtt feszítse meg a fém csavarját
- Távolítsa el a biztosítótűt és engedje el a disztális varratfület a disztális varratfűl-toló segítségével.
- Húzza vissza a disztális varratfűl nyomógombot a proxímális varratfűl-tolóval.
- Húzza vissza a tűt az endomina®-ba a fogantyú meghúzásával.
- Ha szükséges, húzza vissza az endomina®-t, hogy meglátsa a varratot.
- Fogja meg és szúrja be a második szövetet.
- Oldja ki a proxímális varratfület a proxímális varratfűl-toló segítségével. Ellenőrizze, hogy az egész varrat kijött-e. Ha szükséges, végezzen oda-vissza mozdulatokat a varratfűl-tolóval.
- Húzza vissza a proxímális varratfűl-tólot nyugalmi helyzetébe.
- A fogantyú segítségével húzza vissza a tűt az endomina®-ba.
- Egyenesítse ki az endomina®-t, hogy lehetővé tegye a tű eltávolítását. Mindig ellenőrizze szemrevételezéssel.
- Vegye ki a TAPES-t az endomina®-ból. Ne erőltesse.
- A polypectomiás hurok segítségével húzza meg a varratfűl-láncot a varrathúzó golyó meghúzásával. Húzza meg, amíg a varratfűlek megfelelő nyomást nem gyakorolnak a szövetekre.
- Egy végésszközzel vágja le a varrat szabad végét. Ügyeljen arra, hogy ne vágja el a varratot a varratfűlek között.

### Fejezze be a beavatkozást

- Ellenőrizze, hogy minden alkatrész megtalálható (kivéve a varratfűleket és a varratokat).
- A TAPES-t az éles és szúrós tárgyakrak fenntartott kórházi hulladékgyűjtőbe dobja. Győződjön meg arról, hogy az ártalmatlanító edényt éles és szúrós tárgyak elhelyezésére tervezték, és győződjön meg arról, hogy a tartályban elegendő hely van a tárgy számára. Cserélje ki a tartályokat, ha azok kétharmadára megteltek, vagy ha a kórházi szabályok szerint eljött az ideje. Ha egy tű kilóg a tartályból, ne nyomja be a kezével. A konténer eltávolításához hívjon szakembert.

### Sürgősségi eljárás

Ha a TAPES elakad az endomina® szövetben, az alábbi eljárást kövesse:

HA a TAPES beragadt a szövetbe:

- Oldja ki a proxímális varratfület, hogy a tű kiszabaduljon a szövetekből.
  - Ha szükséges, vágja le a varratfület vagy a varratot endoszkópos guillottinnal vagy ollóval, hogy felszabadítsa a tűt.
  - Ha szükséges, vegye le a varratfűleket és varrjon az endoszkópos csipesszel.
- Ha a TAPES beragadt az endomina®-ba:
- Teljesen távolítsa el a disztális és proxímális varratfűl-fogantyúkat.
  - Ellenőrizze, hogy az endomina® szög lehetővé teszi-e a TAPES csúszását.
  - Ha a TAPES még mindig be van ragadva, a tű nem csúszik ki a kezelőcsatornából, és az endomina® lehetővé teszi, távolítson el mindent (endomina® és TAPES), és vizsgálja meg az elzáródás okait.
  - Ha a tű kívül van a csatornán, vagy az endomina® nem teszi lehetővé a kombinált eltávolítást, vágja le a tűt a csőjéről, pl. argon plazmával.
  - Vegye ki a tűt az endoszkóppal és az idegentest fogóval.
  - Távolítsa el a TAPES-t a kezelőcsatornából. Ha a TAPES megsérül a műtét során, és egy része a gyomorban marad, távolítsa azt el a betegből.

### Varratfűl-lánc eltávolítása

Szükség esetén a varratfűl-lánc-varrat elvágható egy vágóeszközzel a varratfűlek között. Ezután a lánc elemeit fogóval kell eltávolítani. A varratfűl-láncot a megfelelő szeméttartályba dobja (kórházi hulladék)

### Tárolás

A TAPES-t steril csomagolásában, tiszta és száraz helyen, napfénytől távol és környezeti hőmérsékleten kell tárolni.

A steril csomagot nem szabad más csomagok alatt tárolni, mert összenyomhatják azt.

### Javítások és módosítások

A TAPES nem rendelkezik a felhasználó által javítható alkatrészekkel. A felhasználó nem szedheti szét, nem módosíthatja vagy javíthatja a TAPES-t. Ez sérülést okozhat a betegben vagy más orvosi eszközökben.

### Háromszögelési platform kompatibilitás

TAPES háromszögelési platformokkal (endomina® v2) hagyták jóvá. Nincs garancia arra, hogy a kizárólag maximális behelyezési szélességgel és hosszúsággal kiválasztott eszközök kompatibilisek lesznek egymással.

### Az eljáráshoz szükséges egyéb endoszkópos eszközök

A TAPES endoszkópos eszközökkel használható az endoszkóp csatornáin keresztül. Minden eszközt tesztelni kell használat előtt.

### EN – Triangulation platform compatibility

### FR – Compatibilité avec la plateforme de triangulation

### NL – Compatibiliteit triangulatieplatform

### DE – Kompatibilität der Triangulationsplattformen

### IT – Compatibilità delle piattaforme di triangolazione

### ES – Compatibilidad de la plataforma de triangulación

### PT – Compatibilidade da plataforma de triangulação

### CS – Kompatibilita triangulační platformy

### SR – Kompatibilnost sa triangulacionim platformama

### HU – Háromszögelési platform kompatibilitása

- Endo Tools Therapeutics :** endomina® v2 - EN – triangulation platform / FR – plateforme de triangulation / NL – triangulatie platform / DE – triangulationsplattform / IT – piattaforma di triangolazione / ES – plataforma de triangulación / PT – Plataforma de triangulação / CS – Triangulační platforma / SR – Triangulaciona platforma/HU – Háromszögelési platform

- EN – Crocodile grasping forceps (foreign body retriever)/ FR – Pince crocodile (pour l'extraction de corps étrangers)/ NL – Griijptang (retriever voor vreemd voorwerp)/ DE – Krokodilzange (Fremdkörperentfernung)/ IT – Pinze a coccodrillo (strumento per il recupero dei corpi estranei)/ ES – Pinzas de cocodrilo (para retirar cuerpos extraños)/ PT – “Forceps” de aperto de crocodilo (recuperador de elementos estranhos)/ CS – Krokodýlí uchopovací klešťa (odstraňovač cizích těles)/ SR – Krokodil klešta za hvatanje (za izvlačenje stranog tela)/ HU – Krokodilcsipesz (idegentest eltávolításához)

- EN – Monofilament polypectomy snare/ FR – Anse à polypectomie monofilament/ NL – Monofilament poliepectomie-lasso/ DE – Monofile Polypektomieschlinge/ IT – Ansa monofilamento per poliepectomia / ES – Asa de poliepectomia monofilamentosa/ PT – Argola de poliepectomia monofilamentar/ CS – Jednovláknová polypektomická klička/ SR – Monofilamentna petlja za polipektomiju/ HU – Monofil polipektomiás hurok

- EN – Loop cutter / FR – Ciseaux / NL – Ringknipper/ DE – Loop-Cutter/ IT – Taglierina per anse/ ES – Instrumento cortante de bucle/ PT – Cortador de “loop”/ CS – Řezačka smyček/ SR – Sekač petlje/ HU – Hurokvágó.

- EN – All instruments must be compatible with 2.8mm endoscope working channel/ FR – Tous les instruments doivent être compatibles avec le canal opératoire de l'endoscope de 2,8 mm/ NL – Alle instrumenten moeten compatibel zijn met het werkkanaal van de 2,8 mm endoscoop/ DE – Alle Instrumente müssen mit einem Endoskop-Arbeitskanal von 2,8 mm kompatibel sein/ IT – Tutti gli strumenti devono essere compatibili con un canale operativo dell'endoscopio di diametro pari a 2,8 mm/ ES – Todos los instrumentos deben ser compatibles con el tubo operativo del endoscopio de 2,8 mm/ PT – Todos os instrumentos devem ser compatíveis com o canal de trabalho do endoscópio de 2,8 mm/ CS – Všechny nástroje musí být kompatibilní s 2,8mm pracovním kanálem endoskopu/ SR – Svi instrumenti moraju biti kompatibilni sa radnim kanalom endoskopa od 2,8 mm/ HU – Minden műszernek kompatibilisnek kell lennie a 2,8 mm-es endoszkóp munkacsatornájával.

### EN – Patients are exposed to the following substances and materials, per implant:

### FR – Les patients sont exposés aux substances et matières suivantes, par implant :

### NL – Patiënten worden blootgesteld aan de volgende substanties en materialen, per implantaat:

### DE – Die Patienten sind pro Implantat den folgenden Stoffen und Materialien ausgesetzt:

### IT – Per ogni impianto, i pazienti sono esposti ai seguenti materiali e sostanze:

### ES – Los pacientes están expuestos a los siguientes materiales y sustancias por implante:

### PT – Os pacientes são expostos às seguintes substâncias e materiais, por implante:

### CS – Pacienti jsou vystaveni působení následujících látek a materiálů na implantát:

### SR – Pacijenti su izloženi sledećim supstancama i materijalima, po implantu:

### HU – A betegek a következő anyagoknak vannak kitéve implantátumként:

- Alkanes: 0,3µg
- Dichloro benzoic acid: 0,35µg
- 1,4-Benzenedicarboxylic acid, diethyl ester: 0,73µg
- Benzene, 1,1’-(3-methyl-1-propene-1,3-diy)bis-: 0,83µg
- 1,4-Bis(p-tolylamino)anthracene-9,10-dione: 0,19µg
- Cyclohexasiloxane, dodecamethyl: 0,02µg
- Cyclohexasiloxane, decamethyl: 0,53µg
- Cyclotetrasiloxane, octamethyl: 0,10µg

- Diphenyl sulfone: 0,17µg
- Alkylbenzenesulfonate: 0,42µg
- Linear Siloxanes: 1,156µg
- Magnesium: 0,004µg
- Nonanal: 0,042µg
- Phthalic acid, butyl hept-4-yl ester: 0,06µg
- Polyethyleneterephthalate fragments: 1,16µg
- Styrenated phenol: 0,08µg
- Tin: 0,002µg
- Zinc: 0,003µg

### EN – Symbols used

### FR – Symboles utilisés

### NL – Gebruikte symbolen

### DE – Symbole

### IT – Simboli utilizzati

### ES – Símbolos utilizados

### PT – Símbolos usados

### CS – Použité symboly

### SR – Korišćeni simboli

### HU – Használt szimbólumok

<span></span>	EN – Mandatory action FR – Action obligatoire NL – Verplichte actie DE – Obligatorische Aktion IT – Azione obbligatoria ES – Acción obligatoria PT – Ação obrigatória CS – Povinná akce SR – Obavezna radnja HU – kötelező intézkedés
---------------	---

<span></span>	EN – Consult Instruction for use FR – Consulter le manuel d’utilisation NL – Gebruiksaanwijzing raadplegen DE – Gebrauchsanweisung beachten IT – Consultare le istruzioni per l’uso ES – Ver modo de empleo PT – Consultar as instruções de utilização CS – Přečtěte si návod k použití SR – Pogledajte uputstvo za upotrebu HU – Olvassa el a Használati utasítást
---------------	---

<span></span>	EN – Do not reuse FR – Ne pas réutiliser NL – Niet herbruiken DE – Nicht wiederverwenden IT – Non riutilizzare ES – No reutilizar PT – Não reutilizar CS – Nepoužívejte opakovaně SR – Nemojte ponovo koristiti HU – Ne használja újra
---------------	--

<span></span>	EN – Sterile (Ethylene oxide) FR – Stérile (oxyde d’éthylène) NL – Steriel (ethyleneoxide) DE – Steril (Ethylenoxid) IT – Sterile (ossido di etilene) ES – Estéril (óxido de etileno) PT – Estéril (óxido de etileno) CS – Sterilní (ethylenoxid) SR – Sterilno (etilen-oksid) HU – Steril (etilén-oxid)
---------------	--

<span></span>	EN – Manufacturer FR – Fabricant NL – Producent DE – Hersteller IT – Produttore ES – Fabricante PT – Fabricante CS – Výrobce SR – Proizvođač HU – Gyártó
---------------	--

<span></span>	EN – Keep away from direct sun exposure FR – Ne pas exposer aux rayons du soleil NL – Niet blootstellen aan zonlicht DE – Vor Sonneneinstrahlung schützen IT – Non esporre ai raggi del sole ES – Evitar la exposición directa a la luz solar PT – Evitar a exposição solar direta CS – Uchovávejte mimo přímé sluneční světlo HU – Tartsa távol a közvetlen napsugárzástól
---------------	---

<span></span>	EN – Keep in a dry location FR – Stocker dans un endroit sec NL – Bewaren op een droge plaats DE – Trocken lagern IT – Conservare in un luogo asciutto ES – Conservar en un lugar seco PT – Manter num local seco CS – Uchovávejte na suchém místě SR – Čuvajte na svom mestu HU – Tartsa száraz helyen
---------------	---

<span></span>	EN – Do not use if package is damaged FR – Ne pas utiliser si l’emballage est endommagé NL – Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is DE – Nicht gebrauchen, wenn die Verpackung beschädigt ist! IT – Non utilizzare se l’imballaggio è danneggiato ES – No utilizar si el envase está dañado PT – Não usar se a embalagem estiver danificada CS – Nepoužívejte, pokud je obal poškozený SR – Nemojte upotrebljavati ako je pakovanje oštećeno HU – Ne használja, ha a csomagolás sérült
---------------	--

<span></span>	EN – Sterile Barrier System with protective packaging outside FR – Système de barrière stérile entouré d’un emballage de protection NL – Steriel barrièresysteem met beschermende verpakking aan de buitenzijde DE – Einfaches Sterilbarrieresystem mit außen liegender Schutzverpackung IT – Sistema di barriera sterile con imballaggio protettivo esterno ES – Sistema de barrera estéril con embalaje protector exterior PT – Sistema de barreira estéril com embalagem protetora no exterior CS – Sterilní bariérový systém s ochranným vnějším obalem SR – Sistem jednostruke sterilne barijere HU – Egyszeres sterilgát-rendszer
---------------	---

<span></span>	EN – Warning- Sharp elements FR – Avertissement <span> </span> : éléments tranchants NL – Waarschuwing - Scherpe elementen DE – Achtung, scharfe Gegenstände IT – Avvertenza: elementi affilati ES – Advertencia: elementos punzocortantes PT – Aviso: elementos cortantes CS – Varování – ostré předměty SR – Upozorenje - Oštri elementi HU – Figyelmeztetés - Éles részek
---------------	--

<span></span>	EN – Importer FR – Importateur NL – Importeur DE – Import IT – Importatore ES – Importador PT – Importador CS – Dovoze SR – Uvoznik HU – Importőr
---------------	---

<span></span>	EN – Authorized Representative in Country FR – Représentant autorisé dans le pays NL – Gemachtigd vertegenwoordiger in land DE – Bevollmächtigter Vertreter in folgendem Land IT – Rappresentante autorizzato nel Paese ES – Representante autorizado en País PT – Representante autorizado no país CS – Autorizovaný obchodní zástupce v zemi SR – Ovlašćeni zastupnik u zemlji
---------------	--

**UK** **REP**

**SR** **REP**

**CH** **REP**

<span></span>	HU – Meghatalmazott képviselő országban
---------------	---

<span></span>	EN – Manufacturing date FR – Date de fabrication NL – Productiedatum DE – Herstellungsdatum IT – Data di produzione ES – Fecha de fabricación PT – Data de fabrico CS – Datum výroby SR – Datum proizvodnje HU – Gyártás dátuma
---------------	---

<span></span>	EN – Expiration date FR – Date de péremption NL – Vervaldatum DE – Haltbarkeitsdatum IT – Data di scadenza ES – Fecha de caducidad PT – Prazo de validade CS – Datum konce životnosti SR – Rok upotrebe HU – Lejárati dátuma
---------------	--

<span></span>	EN – Serial number FR – Numéro de série NL – Seriennummer DE – Seriennummer IT – Numero di serie ES – Número de serie PT – Número de série CS – Výrobní číslo SR – Serijski broj HU – Sorozatszám
---------------	---

<span></span>	EN – Batch number FR – Numéro de lot NL – Partijnummer CS – Chargennummer IT – Numero di lotto ES – Número de lote PT – Número de lote SR – Číslo šarže HU – Broj serije HU – Tételszám
---------------	---

<span></span>	EN – Product Reference FR – Référence du produit NL – Productreferentie DE – Produktreferenz IT – Codice di riferimento del prodotto ES – Referencia del producto PT – Referência do produto CS – Odkaz na produkt SR – Referentna oznaka proizvoda HU – Termékreferencia
---------------	---

<span></span>	EN – Medical Device FR –Dispositif Médical NL – Medisch apparaat DE – Medizingerät IT – Dispositivo medico ES – Producto sanitario PT – Dispositivo médico CS – Zdravotnický prostředek SR – Medicinski uređaj HU – Orvosi eszköz
---------------	---

<span></span>	EN – Manufacturer FR – Fabricant NL – Producent DE – Hersteller IT – Produttore ES – Fabricante PT – Fabricante CS – Výrobce SR – Proizvođač HU – Gyártó
---------------	--

<span></span>	EN – Keep away from direct sun exposure FR – Ne pas exposer aux rayons du soleil NL – Niet blootstellen aan zonlicht DE – Vor Sonneneinstrahlung schützen IT – Non esporre ai raggi del sole ES – Evitar la exposición directa a la luz solar PT – Evitar a exposição solar direta CS – Uchovávejte mimo přímé sluneční světlo HU – Tartsa távol a közvetlen napsugárzástól
---------------	---

<span></span>	EN – Keep in a dry location FR – Stocker dans un endroit sec NL – Bewaren op een droge plaats DE – Trocken lagern IT – Conservare in un luogo asciutto ES – Conservar en un lugar seco PT – Manter num local seco CS – Uchovávejte na suchém místě SR – Čuvajte na svom mestu HU – Tartsa száraz helyen
---------------	---

<span></span>	EN – Do not use if package is damaged FR – Ne pas utiliser si l’emballage est endommagé NL – Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is DE – Nicht gebrauchen, wenn die Verpackung beschädigt ist! IT – Non utilizzare se l’imballaggio è danneggiato ES – No utilizar si el envase está dañado PT – Não usar se a embalagem estiver danificada CS – Nepoužívejte, pokud je obal poškozený SR – Nemojte upotrebljavati ako je pakovanje oštećeno HU – Ne használja, ha a csomagolás sérült
---------------	--

<span></span>	EN – Store at room temperature (1-30°C) FR – Entreposer à température ambiante (1-30°C) NL – Bewaar op kamertemperatuur (1-30°C) DE – bei Zimmertemperatur aufbewahren (1-30°C) IT – Immagazzinare a temperatura ambiente (1-30°C) ES – Conservar a temperatura ambiente (1-30 <span> </span> °C) PT – Guardar à temperatura ambiente (1-30 <span> </span> °C) CS – Skladujte při teplotě místnosti (1–30°C) SR – Skladitište na sobnoj temperaturi (1-30°C) HU – Szobahőmérsékleten (1-30 <span> </span> °C) tárolandó
---------------	---

<span></span>	EN – MR safe (implant) FR – sûr pour IRM (implant) NL – MR veilig (implantaat) DE – MR sicher (implantat) IT – sicuro RMI (impianto) ES – Compatible con RM (implante)
---------------	--

<span></span>	PT – Seguro para MR (implante) CS – Bezpečné pro použití v prostředí MR (implantát) SR – Bezbedno u okruženju MR (implantat) HU – MR biztonságos (implantátum)
---------------	--

<span></span>	Any serious incident that has occurred in relation to the medical device should be reported by e-mail to urgent@endotools.be and to the competent authority of the country in which you are established
---------------	---

<span></span>	Please include your phone number in your e-mail. Summary of Safety and Clinical Performance is available in the European database on medical devices
---------------	--

<span></span>	TAPES Basic UDI-DI: 542502928TDS1BZ IFU is available on <a href="https://www.endotools.be/ifu/">www.endotools.be/ifu/</a>
---------------	---

<span></span>	Tout incident grave survenant en lien avec le dispositif médical doit être signalé par e-mail à urgent@endotools.be et à l’autorité du pays dans lequel vous exercez
---------------	--

<span></span>	Veuillez indiquer votre numéro de téléphone dans l’e-mail. Le résumé des caractéristiques de sécurité et des performances cliniques est disponible dans la base de données européenne sur les dispositifs médicaux <span> </span> :
---------------	---

<span></span>	Basic UDI-DI (identifiant de base) de TAPES 542502928TDS1BZ
---------------	---

La notice d’utilisation est disponible sur <https://www.endotools.be/ifu/>

<span></span>	Elk ernstig incident dat zich met betrekking tot het medische hulpmiddel heeft voorgedaan, moet per e-mail worden gemeld aan urgent@endotools.be en aan de bevoegde autoriteit van het land waar u bent gevestigd
---------------	---

<span></span>	Gelieve uw telefoonnummer te vermelden in de e-mail. De samenvatting van veiligheid en klinische prestaties is beschikbaar in de Europese database voor medische apparaten <span> </span> :
---------------	---

[https://ec.europa.eu/tools/euda\\_med](https://ec.europa.eu/tools/euda_med)

<span></span>	TAPES Basis UDI-DI: 542502928TDS1BZ
---------------	-------------------------------------

De gebruiksaanwijzing is beschikbaar op <https://www.endotools.be/ifu/>

<span></span>	Jeglicher schwerer Zwischenfall, der in Zusammenhang mit dem medizinischen Gerät aufgetreten ist, sollte per E-Mail an urgent@endotools.be berichtet werden, sowie den Behörden des Landes, in dem Sie ansässig sind.
---------------	---

<span></span>	Geben Sie bitte in der e-Mail Ihre Telefonnummer an.
---------------	--

Die Zusammenfassung der Daten zu Sicherheit und klinischer Leistung ist in der europäischen Datenbank für Medizinprodukte verfügbar:

<span></span>	<a href="https://ec.europa.eu/tools/euda_med">https://ec.europa.eu/tools/euda_med</a>
---------------	---

<span></span>	TAPES Basis UDI-DI: 542502928TDS1BZ
---------------	-------------------------------------

Gebrauchsanweisung (IFU) abrufbar unter <https://www.endotools.be/ifu/>

<span></span>	Qualsiasi incidente grave avvenuto in relazione al dispositivo medico deve essere segnalato via e-mail all’indirizzo urgent@endotools.be e all’autorità competente del suo Paese di residenza.
---------------	--

<span></span>	Nella mail indicare il proprio numero di telefono.
---------------	--

Un riepilogo della sicurezza e delle prestazioni cliniche è disponibile nella banca dati europea dei dispositivi medici:

[https://ec.europa.eu/tools/euda\\_med](https://ec.europa.eu/tools/euda_med)

<span></span>	TAPES Basic UDI-DI: 542502928TDS1BZ
---------------	-------------------------------------

<span></span>	De instruții per l’uso sono disponibili su <a href="https://www.endotools.be/ifu/">https://www.endotools.be/ifu/</a>
---------------	--

<span></span>	Debe notificar cualquier incidente grave que ocurra en relación con el producto sanitario a través del correo electrónico urgent@endotools.be, así como a las autoridades competentes del país en el que ejerza.
---------------	--

<span></span>	Se ruega incluir el número de teléfono de contacto en el correo electrónico.
---------------	--

El resumen sobre seguridad y funcionamiento clínico está disponible en la Base de Datos Europea sobre Productos Sanitarios:

[https://ec.europa.eu/tools/euda\\_med](https://ec.europa.eu/tools/euda_med)

<span></span>	UDI-DI básico de TAPES: 542502928TDS1BZ
---------------	---

Las instrucciones están disponibles en <https://www.endotools.be/ifu/>

<span></span>	Todos os incidentes graves que envolvam o dispositivo médico devem ser reportados à empresa, por e-mail, para o endereço urgent@endotools.be, e à autoridade competente do país em questão.
---------------	---

Indique o número de telefone no seu e-mail.

<span></span>	O Resumo de Segurança e Desempenho Clínico está disponível na base de dados europeia sobre dispositivos médicos:
---------------	--

[https://ec.europa.eu/tools/euda\\_med](https://ec.europa.eu/tools/euda_med)

<span></span>	TAPES Basic UDI-DI: 542502928TDS1BZ
---------------	-------------------------------------

Instruções de utilização disponíveis em <https://www.endotools.be/ifu/>

Jakoukoli závažnou příhodu, která vznikla v souvislosti se zdravotnickým prostředkem, je nutno ohlásit e-mailem na adresu urgent@endotools.be a příslušnému orgánu země, ve které sídlíte.

Do e-mailu uveďte i své telefonní číslo.

Souhrn bezpečnostních a klinických charakteristik je k dispozici v evropské databázi zdravotnických prostředků:

[https://ec.europa.eu/tools/euda\\_med](https://ec.europa.eu/tools/euda_med)

Základní UDI-DI prostředku TAPES: 542502928TDS1BZ

IFU